



**OGGETTO:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per angiografia occorrente all'AOU di Sassari per la durata di 36 mesi. –  
**Risposte ai quesiti di carattere amministrativo e tecnico del 23/10/2017 -**

### Quesiti Amministrativi:

#### **Quesito n. 63**

Si chiede se in luogo del fatturato possano essere presentate le due lettere di referenza bancarie.

#### **Risposta n. 63**

Si conferma, in base a quanto previsto all'art. 9a del disciplinare.

### Quesiti Tecnici:

#### **Quesito n. 64**

Lotto N.10: si chiede di specificare a cosa è riferito lunghezza massima 3 cm.

#### **Risposta 64**

La lunghezza massima 3 cm è riferita alla lunghezza del device una volta applicato al catetere-guida mediante connettore luer-lock. In presenza della valvola, un catetere coassiale deve poter fuoriuscire dal catetere-guida quando la sua lunghezza è pari alla lunghezza del catetere-guida + 3 cm.

#### **Quesito n. 65**

Fra i componenti del Kit per angiografia viene richiesta una "ciotola con coperchio forato per raccolta rifiuti organici". Per la nostra esperienza e per la destinazione d'uso del kit riteniamo anomala la richiesta di questo componente. Chiediamo se piuttosto non fosse opportuno sostituirlo con un contenitore raccolta aghi. In caso affermativo vi preghiamo di correggere il capitolato ed indicare anche la misura del contenitore raccolta aghi.

#### **Risposta n. 65**

L'accessorio che viene richiesto nel lotto n. 1 deve essere idoneo per contenere residui di sangue, residui di mezzo di contrasto misto a sangue o soluzione fisiologica mista a sangue o mezzo di contrasto misto a bile che rimangono nelle siringhe durante le procedure endovascolari o sulle vie biliari e deve essere adatto per contenere questi residui. Generalmente si tratta di contenitori che fanno in modo che piccole quantità di liquidi organici vengano "assorbiti" in maniera che al momento dello smaltimento non ci siano parti liquide.