



Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della Fornitura annuale – suddivisa in trentanove lotti distinti - di dispositivi per uso uro-ginecologico CND U, per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nelle more dell'aggiudicazione della gara a valenza regionale. Importo a base d'asta € 327.820,00, (oltre IVA nella misura di legge)

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 29/11/2018

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	1) In riferimento al lotto 15 "Stent ureterale mono J", si chiede se sia possibile offrire stent con diametro 6, 7 e 8; 2) In riferimento al lotto 16 "Stent ureterale mono J con filo guida", si chiede se sia possibile offrire nel kit un filo guida non in nitinol idrofilico ma in PTFE rivestito; 3) In riferimento al lotto 18 "Stent ureterale doppio J", si chiede di essere ammessi presentando una gamma di stent uretrali a doppi J con lunghezze comprese tra 24 e 30 cm e una gamma di diametri tra 4,8 e 8 FR.	1) Si precisa che nella descrizione è indicato un intervallo di misure (da Ch 4,5 a Ch 8) in cui sono ricomprese le misure indicate, comprese le misure intermedie; 2) No; 3) Si accettano i diametri e le lunghezze proposte.