Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
1-2-3	Configurazione del manipolo ed ergonomia dell'impugnatura	facilità di presa	8	8		
		manovrabilità	8	8		
	Caratteristiche tecniche	facilità di penetrazione nel tessuto osseo	8	8		
		velocità di esecuzione del prelievo	6	6		
		presenza di sistema di protezione per l'operatore	6		6	
		resistenza del tagliente alla rottura e alle deformazioni	6	6		
		adeguate dimensioni del campione (frustolo) prelevato	8	8		
		Presenza di blocco per intrappolamento dei prelievi	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
4-5	Configurazione ed ergonomia dell'impugnatura	facilità di presa	6	6		
		impugnatura anatomica	6	6		
		manovrabilità	8	8		
	Caratteristiche tecniche	quantità del campione prelevato (almeno 2 cm per biopsia mammaria)	8	8		
		facilità di penetrazione nel tessuto	6	6		
		velocità di esecuzione del prelievo	6	6		
		presenza di sistema di protezione per l'operatore	5		5	
		resistenza alla rottura e alle deformazioni	5			5
		Capacità del sistema di aspirazione (tenuta)	6			6
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
6-7-8-9-10-11-12	Configurazione ed ergonomia dell'impugnatura	facilità di presa	6	6		
		impugnatura anatomica	6	6		
		manovrabilità	8	8		
	Caratteristiche tecniche	quantità del campione prelevato	6	6		
		qualità del campione prelevato	8	8		
		facilità di penetrazione nel tessuto	6	6		
		velocità di esecuzione del prelievo	6	6		
		presenza di sistema di protezione per l'operatore	5		5	
		resistenza alla rottura e alle deformazioni	5	5		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
13	Caratteristiche tecniche	capacità di penetrazione e lavorazione dell'ago	8	8		
		Minor traumaticità della punta	8	8		
		rapporto fra lume interno e diametro esterno (minor spessore parete della cannula)	8	8		
		ecogenicità	8		8	
		quantità del campione prelevato	8	8		
		velocità di esecuzione del prelievo	8	8		
		resistenza alla rottura e alle deformazioni	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
14	Configurazione ed ergonomia della sonda	maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche (da documentazione presentata)	Facilità di penetrazione e capacità di taglio dell'ago	6	6		
		possibilità di regolazione della finestra di prelievo	8		8	
		sistema di raccolta separata dei frustoli	8		8	
		possibilità di visualizzazione del frustolo nella posizione di prelievo.	8		8	
		Caratteristiche del frustolo prelevato	8	8		
		Presenza di doppia camera di aspirazione nella sonda	8		8	
		Durata della visibilità ecografica dei marcatori	6	6		
	Disponibilità di sonde con ulteriori calibri oltre a quelli richiesti		6			6
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
15	Caratteristiche del marcatore	Praticità d'uso	10	10		
		Visibilità ECO	8		8	
		Visibilità RX	8		8	
		Durata della visibilità ecografica dei marcatori	10		10	
		Biocompatibilità	10		10	
		Stabilità dell'ancoraggio	10		10	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
16	Configurazione ed ergonomia dell'impugnatura	impugnatura anatomica	8	8		
		manovrabilità	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Capacità di penetrazione e lavorazione dell'ago	8	8		
		Atraumaticità della punta	8	8		
		Rapporto fra lume interno e diametro esterno (minor spessore parete della cannula)	8			8
		Ecogenicità	8		8	
		Velocità di esecuzione del prelievo	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
17-18-19	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Facilità di penetrazione	8	8		
		Consistenza, flessibilità e indeformabilità dell'ago	8	8		
		Minor traumaticità della punta	8	8		
		qualità del sistema di fissaggio	8	8		
		praticità del sistema di fissaggio	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
20-21-22	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	6	6		
		maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Mandrino facilmente reinseribile	8	8		
		Cono di efflusso ergonomico con chiara visione di deliquorazione	6	6		
		Minor traumaticità della punta	8	8		
		Consistenza, flessibilità e indeformabilità dell'ago	8	8		
		Miglior rapporto fra lume interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	8			8
		Tenuta della connessione	6	6		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
23-24-25	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	6	6		
		maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Mandrino facilmente reinseribile	6	6		
		Cono di efflusso ergonomico con chiara visione di deliquorazione	6	6		
		Minor traumaticità della punta	6	6		
		Consistenza, flessibilità e indeformabilità dell'ago	6	6		
		diponibilità punta tipo Whitacre	4		4	
		diponibilità punta tipo sprotte	4		4	
		Miglior rapporto fra lume interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	6			6
		Tenuta della connessione	6	6		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
26	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	6	6		
		maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Scorrevolezza del catetere nell'ago	8	8		
		Rigidità della punta	6	6		
		Minor traumaticità della punta ago	8	8		
		Tenuta della connessione	8	8		
		Miglior rapporto fra lume interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	8			8
		Minor traumaticità della punta catetere	6	6		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
27	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Scorrevolezza del catetere nell'ago	8	8		
		Rigidità della punta	8	8		
		Minor traumaticità della punta ago	8	8		
		Conformazione del filtro (volume, ingombro…)	8	8		
		Minor traumaticità della punta catetere	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
28	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Scorrevolezza del catetere nell'ago	8	8		
		Rigidità della punta	8	8		
		Minor traumaticità della punta ago	8	8		
		Caratteristiche del sistema di bloccaggio	8	8		
		Minor traumaticità della punta catetere	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
29	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	6	6		
		maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Scorrevolezza del catetere nell'ago	6	6		
		Rigidità della punta ago	6	6		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	6			6
		Minor traumaticità della punta ago	6	6		
		Tenuta della connessione con siringa	6	6		
		Facilità di connessione con lo stimolatore	6	6		
		Praticità dello stimolatore	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
30a	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Rigidità della punta ago	6	6		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	8			8
		Minor traumaticità della punta ago	6	6		
		Facilità di connessione con lo stimolatore	6	6		
		Grado di ecogenicità in termini di maggiore visibilità	6			6
		Praticità dello stimolatore	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
31	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Rigidità dell'ago	8	8		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	8			8
		Minor traumaticità della punta ago	8			8
		Presenza del codice colore per misura	8		8	
		Capacità di penetrazione	8	8		
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
32-33-34	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	6	6		
		maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Rigidità dell'ago	6	6		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	6			6
		Minor traumaticità della punta ago	6	6		
		Ecogenicità	6		6	
		Capacità di penetrazione della punta	6	6		
		Capacità di diffusione del farmaco (posizione e numero dei fori laterali)	8			8
		Presenza del codice colore	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
35	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	6	6		
		maneggevolezza	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Rigidità dell'ago	6	6		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	8			8
		Minor traumaticità della punta ago	8	8		
		Capacità di penetrazione della punta	8	8		
		Capacità di diffusione del farmaco (posizione e numero dei fori laterali)	8			8
		Presenza del codice colore	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
36	Configurazione ed ergonomia dell'impugnatura	facilità di presa	6	6		
		Maneggevolezza del sistema formato dal catetere e dall'introduttore	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Rigidità dell'ago	6	6		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	8			8
		Minor traumaticità della punta ago	8			8
		Capacità di penetrazione della punta	8	8		
		Efficacia e sicurezza del sistema di ancoraggio a livello della via biliare	8	8		
		Presenza del codice colore	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
37-38-39-40-41-42	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Affilatura della punta dell'ago	8	8		
		Miglior rapporto tra diametro interno/esterno (minor spessore della parete)	8			8
		Minor traumaticità della punta ago	8	8		
		Capacità di penetrazione della punta	8	8		
		Presenza del codice colore	8		8	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
43a	Configurazione ed ergonomia dell'impugnatura	Ergonomia dell'impugnatura	6	6		
		Maneggevolezza del sistema	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Affilatura della punta dell'ago	6	6		
		Biocompatibilità	6		6	
		Minor traumaticità della punta ago	6	6		
		Precisione dell'iniezione	6	6		
		Possibilità di aspirazione e iniezione diretta del cemento	6		6	
		Capacità di penetrazione della punta	8	8		
		Presenza del codice colore	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
43b	Configurazione ed ergonomia dell'impugnatura	Ergonomia dell'impugnatura	6	6		
		Maneggevolezza del sistema	6	6		
	Caratteristiche tecniche	Qualità del materiale (assenza di PVC e ftalati)	6		6	
		Completezza del kit	6			6
		Minor traumaticità della punta ago	6	6		
		Conformazione delle alette e della punta	6	6		
		Facilità di rimozione della cannula	6	6		
		Capacità di penetrazione della punta	8	8		
		Presenza del codice colore	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
43c	Configurazione ed ergonomia	facilità di presa	8	8		
		maneggevolezza	8	8		
	Caratteristiche tecniche	Affilatura della punta dell'ago	8	8		
		Biocompatibilità	6		6	
		Minor traumaticità della punta ago	6	6		
		Precisione dell'iniezione	6	6		
		Capacità di penetrazione della punta	8	8		
		Presenza del codice colore	6		6	
	Gamma delle misure disponibili		8			8
	Confezionamento ed etichettatura (facilità di apertura, misure lotti e scadenza in caratteri ben visibili, garanzia di sterilità)		6		6	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	70			