

ALLEGATO “SPECIFICHE TECNICHE”**LOTTO N.1****N. 32 BARELLE:****1) N. 29 Barella standard - specifiche tecniche:**

- dimensioni: 210 cm x 80 cm;
- doppia sezione e piano regolabile in altezza nella posizione Trendelenburg e anti-Trendelenburg in modo servoassistito;
- regolazione dell'altezza con pedali di comando del piano posti su entrambi i lati in modo servoassistito;
- maniglione di spinta testa/piedi;
- sponde laterali ad alto contenimento, velocemente rimovibili per consentire eventuali interventi di emergenza;
- ruote basculanti antistatiche con sistema frenante centrale e possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle 4 ruote;
- materasso antidecubito con rivestimento antibatterico, impermeabile, ignifugo classe di resistenza al fuoco 1 IM;
- paraurti su tutti gli angoli;
- attacchi per asta flebo posti ai quattro angoli del piano;
- asta porta flebo con 4 ganci;
- vassoio portaoggetti integrato con porta bombola di O₂;
- cestino accessorio sulla barra di trasporto (per documentazione paziente);
- carico di lavoro sicuro 220/250 Kg;
- attacco porta monitor;
- marcatura CE (Conforme alla Direttiva 93/42/CEE “Dispositivi Medici”);
- dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore.

2) N.1 Barella da destinare all'U.O. Cardioanestesia - specifiche tecniche:

- dimensioni non superiori a m 2,00 in lunghezza; larghezza cm 80;
- stesse caratteristiche delle barelle standard

3) n.2 Barella bariatrica - specifiche tecniche:

- Carico di lavoro sicuro non inferiore a 320 Kg;
- stesse caratteristiche delle barelle standard.

LOTTO N.2**N. 50 SEDIE A ROTELLE:****1) n.48 Sedia a rotelle standard - specifiche tecniche:**

- Telaio pieghevole, in tubo di acciaio verniciato, costruito in modo da assicurare una stabilizzazione ottimale;
- due ruote grandi posteriori a gommatura piena con freni di stazionamento e due ruote anteriori piccole piroettanti;



- fiancate fisse e braccioli imbottiti;
- schienale e sedili in materiale lavabile, lavabile, ignifugo classe di resistenza al fuoco 1 IM;
- sedile di larghezza da cm 38 a cm 45;
- portata minima 120 Kg;
- cinghia pettorale di sicurezza;
- pedane sollevabili, regolabili in altezza, estraibili, con appoggiapolpacci confortevoli.
- marcatura CE (Conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici");
- dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore.

2) N.2 Sedia a rotelle bariatrica - specifiche tecniche:

- portata minima 200 Kg;
- seduta minima 70 cm;
- stesse caratteristiche delle sedie a rotelle standard.