

**Procedura aperta (gara ponte), da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura annuale, suddivisa in trentatré (33) lotti distinti, di medicazioni per uso generale ed ortopedico, destinata alle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara annuale soggetto a ribasso, euro 572.821,65 (oltre IVA nella misura di legge). N° gara 7346028.CIG vari**

**Chiarimenti ai quesiti tecnici del 09/05/2019**

<b>N.</b>	<b>QUESITO</b>	<b>CHIARIMENTO</b>
1	<b>LOTTO 3 - Cotone di Germania</b> L'Unità di misura indicata nell'Allegato 1 "Specifiche Tecniche" è a rotolo mentre il prezzo unitario a base d'asta dichiarato è a Kg. Dobbiamo rettificare l'Unità di Misura in Kg?	L'unità di misura è rotolo da 1 kg come comunemente confezionato
2	<b>LOTTO 5 - Compresse sterili cm 18 x 40 cm</b> La confezione dell'articolo non è indicata. Dobbiamo offrire le compresse in busta singola o in busta singola posta in astuccio da 12 Pz.?	In buste singole in confezione da 12 pezzi come comunemente confezionate
3	<b>LOTTO 10 - Tamponi rotondi con filo di bario</b> Si chiede se i tamponi debbano essere offerti con elastico (latex free) o senza.	La presenza o l'assenza dell'elastico non sarà oggetto di valutazione. Se presente deve essere latex free come da capitolato
4	<b>LOTTO 12 - Tamponi in TNT sterili</b> Si chiede se i tamponi debbano essere offerti con elastico (latex free) o senza. La confezione deve quanti pezzi deve contenere? La stesa deve essere in blister singolo o in blister doppio?	La presenza o l'assenza dell'elastico non sarà oggetto di valutazione. Se presente deve essere latex free come da capitolato.  Si propone un confezionamento minimo da 10 pezzi, preferibilmente in doppio blister
5	<b>CND</b> Si chiede se Se un Operatore Economico offre un Dispositivo con le medesime caratteristiche indicate nell'Allegato 1, ma con il numero di CND diverso, lo stesso viene accettato dal Vs. Spett.le Ente	Si chiede che la CND venga rispettata indicativamente almeno fino al 4° livello; ogni caso verrà valutato singolarmente nel rispetto delle descrizioni del materiale richiesto (es. richiesta di un prodotto sterile non può essere sostituita con un prodotto non sterile)
6	<b>Lotto 15 BENDE ELASTICHE OSSIDO DI ZINCO</b> Per questo lotto viene richiesta una misura unica di cm 10 x 5 mt. Si richiede di poter rispondere	Si conferma la richiesta cm 10x5 metri come da capitolato in quanto la benda è già estensibile

	con la misura cm 10 x 7 mt.	
7	<b>Lotti 17 RETI TUBOLARI</b> Nel lotto sono richieste sei misure che vanno dal calibro 3 al calibro 8, non è specificato il diametro. Si chiede se sia possibile rispondere con sei misure che soddisfino comunque tutte le esigenze dell'operatore.	I calibri richiesti fanno riferimento a delle misure già sufficientemente standardizzate. Non si ritiene necessaria l'indicazione dei diametri