

## PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B, PER LA FORNITURA DI BARELLE E SEDIE A ROTELLE

### SPECIFICHE TECNICHE

Rimodulazioni approvate con DDG n. 422 del 27/05/2019

#### LOTTO N.1

#### **N. 32 BARELLE**

##### **1) N. 29 Barella standard** - specifiche tecniche:

- dimensioni: 210 cm x 80 cm;
- doppia sezione e piano regolabile in altezza nella posizione Trendelenburg e anti-Trendelenburg in modo servoassistito;
- regolazione dell'altezza con pedali di comando del piano posti su entrambi i lati in modo servoassistito;
- maniglione di spinta testa/piedi;
- sponde laterali ad alto contenimento, velocemente rimovibili per consentire eventuali interventi di emergenza;
- ruote basculanti antistatiche con sistema frenante centrale e possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle 4 ruote;
- materasso antidecubito con rivestimento antibatterico, impermeabile, ignifugo classe di resistenza al fuoco 1 IM;
- paraurti su tutti gli angoli;
- attacchi per asta flebo posti ai quattro angoli del piano;
- asta porta flebo con 4 ganci;
- vassoio portaoggetti integrato con porta bombola di O<sub>2</sub>;
- cestino accessorio sulla barra di trasporto (per documentazione paziente);
- carico di lavoro sicuro 220/250 Kg;
- attacco porta monitor;
- marcatura CE (Conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici");
- dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore.

##### **2) N.1 Barella da destinare all'U.O. Cardioanestesia** - specifiche tecniche:

- dimensioni non superiori a m 2,00 in lunghezza; larghezza cm 80;
- stesse caratteristiche delle barelle standard

##### **3) n. 2 Barella bariatrica** - specifiche tecniche:

- Carico di lavoro sicuro non inferiore a 320 Kg;
- stesse caratteristiche delle barelle standard.

**LOTTO N.2****N. 50 SEDIE A ROTELLE****1) n. 48 Sedia a rotelle standard - specifiche tecniche:**

- Telaio pieghevole, in tubo di acciaio verniciato, costruito in modo da assicurare una stabilizzazione ottimale;
- due ruote grandi posteriori a gommatura piena con freni di stazionamento e due ruote anteriori piccole piroettanti;
- fiancate fisse e braccioli imbottiti;
- schienale e sedili in materiale lavabile, ignifugo classe di resistenza al fuoco 1 IM;
- sedile di larghezza da cm 38 a cm 45;
- portata minima 120 Kg;
- cinghia pettorale di sicurezza;
- pedane sollevabili, regolabili in altezza, estraibili, con appoggiapolpacci confortevoli.
- marcatura CE (Conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici");
- dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore.

**2) N. 2 Sedia a rotelle bariatrica - specifiche tecniche:**

- portata minima 200 Kg.
- **seduta variabile tra 60 e 70 cm (tuttavia non inferiore a 60 cm) [rettifica].**
- stesse caratteristiche delle sedie a rotelle standard.

**Condizioni generali della fornitura [integrazione].**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri per il trasporto, il montaggio ed il collaudo delle barelle e delle sedie a rotelle.

Sono sempre a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per il trasporto e lo smaltimento degli imballaggi risultanti dalla fornitura e gli oneri per eventuali ripristini di intonaci / tinteggiature / pavimentazioni e/o per la riparazione di infissi che siano stati danneggiati durante le operazioni di trasporto / montaggio / collaudo dei beni.

La consegna dovrà essere unica e avrà luogo presso il Presidio Ospedaliero dell'AOU di Sassari, nei locali che saranno indicati dal Referente Dott. Gianfranco Bichiri.

**Sassari,**

**Direzione Media di Presidio**  
f.to Dott. Bruno Contu