



AOU
Sassari



Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in ventitre (23) lotti distinti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici e moduli aggiuntivi già in dotazione nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro 1.652.656,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° gara 7397206. CIG vari.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 18/07/2019

N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Capitolato	<p>LOTTO 9: In riferimento al lotto numero 9, voce A e Voce B, vengono richiesti due prodotti con differenti caratteristiche (linee di monitoraggio invasivo della pressione arteriosa a una e a due vie), con indicazione di un'unica base asta comune ad entrambi i dispositivi (17,00€ / pz).</p> <p>Si rileva che i dispositivi in oggetto hanno prezzi di mercato differenti, si richiede pertanto di verificare se la richiesta non è oggetto di refuso da altro lotto, oppure di correggere la base asta relativa al dispositivo a doppia via.</p>	<p>La composizione del lotto 9 deriva direttamente da una richiesta delle Unità Operative utilizzatrici dei monitor in questione la quali non specificano il numero di vie dei sensori. La stessa descrizione è stata successivamente mantenuta nel capitolato nonché nell'aggiudicazione semestrale in urgenza in seguito alla quale il codice attualmente in uso, per entrambi i monito, è il seguente PX600F 150+30 della ditta Edwards.</p> <p>Verranno ad ogni modo considerate tutte le offerte che non superino la base d'asta del lotto complessivo (voce A + voce B), nello specifico, pari ad € 11.220,00 + IVA</p>
1	Capitolato	<p>LOTTO 6 : Siete disponibili a valutare proposte che prevedano sensori a tecnologia equivalente che contemplino anche la dotazione di nuovi dispositivi per l'utilizzo degli stessi?</p>	<p>Premesso che il lotto in questione è da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e, conseguentemente non si tratta di "valutare proposte", ma unicamente se ricorra l'equivalenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, si rappresenta che:</p> <p>Possono essere offerti prodotti a tecnologia equivalente purchè siano perfettamente e direttamente compatibili con la strumentazione in dotazione</p>
2	Capitolato	<p>LOTTO 7: Siete disponibili a valutare proposte che prevedano sensori a tecnologia equivalente che contemplino anche la dotazione di nuovi dispositivi per l'utilizzo degli stessi?</p>	<p>Premesso che il lotto in questione è da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e, conseguentemente non si tratta di "valutare proposte", ma unicamente se ricorra l'equivalenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, si rappresenta che:</p> <p>Possono essere offerti prodotti a tecnologia equivalente purchè siano perfettamente e direttamente compatibili con la strumentazione in dotazione</p>
3	Capitolato	<p>LOTTO 2: Vi confermiamo che produttore dei sensori Masimo - Masimo Corp. - ha tolto dalla produzione i sensori richiesti nella gara di cui all'oggetto: LOTTO 2 D LOTTO 2 E LOTTO 2 F</p> <p>Come si evince dalla lettera ufficiale in allegato, tutta la linea di sensori e cavi Masimo LNOP e' fuori produzione dal 1 gennaio 2017 e sono stati sostituiti dalla linea RD.</p> <p>Vi chiediamo se sia necessario modificare il capitolato oppure accettiate automaticamente offerte per i prodotti della linea RD di Masimo che sostituisce la linea LNOP di Masimo ormai fuori produzione?</p>	<p>Si accettano in automatico offerte per i prodotti in sostituzione di quelli fuori produzione purchè siano equivalenti o migliorativi e perfettamente e direttamente compatibili con la strumentazione in dotazione</p>



AOU
Sassari



A.D. MDLXII

Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in ventitre (23) lotti distinti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici e moduli aggiuntivi già in dotazione nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro 1.652.656,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° gara 7397206. CIG vari.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 18/07/2019

N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
4	Capitolato	LOTTO 18: relativamente al lotto 18 si fa presente che viene richiesto n. 40 pz polmone prova da 2L a nostra conoscenza inesistente sul listino Draeger, mentre è disponibile il polmone prova da 1L. Inoltre la base d'asta indicata è nettamente inferiore al prezzo di listino. Domanda: è possibile adeguare il prezzo indicato a base d'asta e il volume del polmone prova?	Verranno considerate tutte le offerte che non superino la base d'asta del lotto complessivo; L'indicazione del volume di 2L è un refuso; si accetta offerta per polmone di prova da 1L."
5	Capitolato	LOTTO 20: Relativamente al lotto 20 si fa presente che viene richiesto n. 60 pz tubo corrugato di cui viene indicato un prezzo base d'asta nettamente inferiore a quanto riportato a nostra conoscenza sul listino Draeger in quanto trattasi di prodotto sterilizzabile. Domanda: è possibile adeguare il prezzo indicato a base d'asta?	Verranno considerate tutte le offerte che non superino la base d'asta del lotto complessivo
6	Capitolato	LOTTO 5: Al fine di presentare un prodotto pertinente siamo a richiedere il codice del modello in uso nel caso non sia possibile vi preghiamo di specificare se trattasi di ago subdermale dotato di cavetto con presa din 1.5 mm oppure di ago concentrico ed in tal caso di quale	Il prodotto, originale, attualmente in uso ha il seguente codice: NAOBM00046