

Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016, propedeutica all'avvio della procedura aperta, in Unione d'Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per apparato urogenitale CND U, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB).

**Importo complessivo quinquennale presunto euro 63.631.352,50 (oltre IVA nella misura di legge).
CUI F02268260904201900021.**

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
Consultazione Preliminare di Mercato
(04/06/2019)**

PREMESSO

- Che con deliberazione n. 373 del 15/05/2019, veniva autorizzata la Consultazione preliminare, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016, propedeutica all'avvio della procedura aperta, in Unione d'Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per apparato urogenitale CND U, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB), per un importo complessivo quinquennale a base di gara di euro 63.631.352,50.
- che l'avviso di Consultazione Preliminare di Mercato veniva pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 099-239689 del 23/05/2019 e, altresì, unitamente al Capitolato speciale prestazionale e all'Allegato n. 1 "Specifiche Tecniche", sul sito istituzionale dell'AOU di Sassari: www.aoussassari.it, sezione bandi e gare, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, indicando la data del 04/06/2019, ore 10:00 come termine fissato per la seduta del dialogo tecnico con gli operatori economici interessati.
- che con deliberazione n° 444 del 03/06/2019 veniva nominata la Commissione Tecnico-Amministrativa per la valutazione dei contributi tecnici, scaturenti dal dialogo tecnico, così costituita:
 - **per la parte tecnica:**
dott.ssa Gabriella Carmelita – Direttore della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera;
Dott.ssa Daniela Sanna - Dirigente della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera;
 - **per la parte giuridico-amministrativa:**
Dott.ssa Teresa Ivana Falco – Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **04 (quattro)** del mese di **Giugno, ore 10:35** in Sassari, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, 4° piano sono presenti, quali componenti della Commissione tecnico amministrativa, nominata con DDG n°444 del 03/06/2019, preposta alla valutazione dei contributi tecnici in relazione alla consultazione di mercato (dialogo tecnico) in oggetto:

Dott.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;
Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera;
Dott.ssa Daniela Sanna, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera.

E' presente il **Dott. Fabio Caria**, dirigente medico della S.C. Urologia dell'AOU di Sassari, per ogni utile contributo, in sede di dialogo tecnico, alla risoluzione dei quesiti, delle criticità e/o riievi tecnici, che saranno esposti dagli operatori economici.

Sono presenti, la dott.ssa Vittoria Carta e la dott.ssa Barbara Serra, rispettivamente, Posizione Organizzativa e Collaboratore Amministrativo presso la SC Acquisizione Beni e Servizi.

Sono, altresì, presenti, alla odierna seduta pubblica, i seguenti Sigg. ri, in rappresentanza delle rispettive Società, come attestato a mezzo del foglio firma, sottoscritto dai medesimi e qui allegato quale parte integrante e sostanziale:

Operatore economico	Nome	Cognome	titolo
Convatec Italia srl	Massimiliano	Cinti	informatore
Farmac-Zabban spa	Francesco	Palladino	rappresentante
Sanifarm srl	Domenico	Porcu	amministratore
Sanifarm srl	Vanda	Mulliri	Direttore commerciale
BD bard	Marianna	Serra	agente
Memis srl	Antonio	Arru	Amministratore delegato
Prodifarm spa	Sara	Canu	agente
Silicon Cat	Marianna	Serra	agente
Terapon srl	Marcello	Uccheddu	
Surgical srl	Bruno	Ghiani	Amministratore unico
Sirio Medical	Antonio	Spina	Amministratore unico
Teleflex	Anna	Cossu	Agente
Hollister	Giorgia	Scalas	Sales specialist
Almed srl	Alberto	Lecis	Legale rappresentante
MDM srl	Massimiliano	Congiu	agente
Dentsply Sirona Italia srl	Massimiliano	Morra	Regional manager
Dentsply Sirona Italia srl	Fabio	Raimondi	
MV Medical Solutions srl	Roberto	Spinetti	Area manager
MV Medical Solutions srl	Giuseppe Maria	Canu	agente
B. Braun Milano spa	Margherita	Ciotto	agente
Olympus Italia srl	Ermanno	Corongiu	agente
Clini-Lab srl	Raffaella	Buson	dipendente
Clini-Lab srl	Alessandro	Mesina	rappresentante
Medical spa	Ferdinando	Carta	dipendente
Movi spa	Paolo	Paderi	Agente
Movi spa	Massimo	Melis	agente
Coloplast spa	Antonella	Furcas	agente
Coloplast spa	Raimondo	Caddeo	t.m.

Alla presenza della Commissione e degli astanti, come sopra identificati, la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, Coordinatrice dei lavori della odierna seduta pubblica di Consultazione Preliminare di Mercato, richiama l'attenzione dei presenti sull'oggetto della procedura, sulla base dell'avviso di consultazione preliminare, del Capitolato Speciale e delle specifiche tecniche, pubblicati nel sito aziendale.

Richiama l'art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato) dei Codice dei contratti e la rilevanza della procedura avviata per instaurare un dialogo con il mercato, in vista dell'indizione di una procedura di particolare importanza per tutte le aziende sanitarie del territorio.

La Coordinatrice invita, pertanto, i presenti a intervenire per esporre, ciascuno, i propri contributi di carattere tecnico in ordine di lotto.

In breve si riportano i rilevi e le criticità emerse:

1) Lotto 6

Intervengono i seguenti operatori economici:

- Dentsply Sirona Italia srl, chiede se possa essere utilizzato materiale equivalente rispetto a quello di Capitolato, in considerazione dell'esistenza di nuovi materiali avanzati.
- Dentsply Sirona Italia srl - B. Braun Milano spa - Hollister, Coloplast spa, rilevano che le misure ch 6 a 20 sono troppo stringenti e limitative e che l'ampiezza di gamma è un elemento importante
- Hollister, Coloplast spa, ritiene necessario prevedere un lotto pediatrico specifico.
- Sanifarm srl, propone lotto separato.

La Commissione replica che, al fine di superare le criticità delle misure, si valuterà di utilizzare il punteggio tabellare graduato e/o quantitativo. In ogni caso si mette in evidenza che i requisiti minimi possono essere soddisfatti anche attraverso il ricorso all'avvalimento o al subappalto qualificato. Saranno, comunque, modificate le specifiche, per misure e per uso pediatrico. Saranno premiate le misure in più disponibili, rispetto a quelle minime richieste. L'ampiezza di gamma è un elemento positivo, che potrebbe costituire oggetto di valutazione.

2) Lotto 6 e 7

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Teleflex, chiedendo se il catetere deve essere "pronto all'uso", in quanto non identificato nei lotti 6 e 7.
- Dentsply Sirona Italia srl, rilevando che, con l'inserimento di tale caratteristica [catetere pronto all'uso], la base d'asta andrebbe rideterminata.
- Hollister, Coloplast spa, che, con riferimento al lotto 7, ritiene necessario un aumento del range sulla lunghezza.

La Commissione replica che, al fine di superare le criticità, sarà valutata la variazione, anche in considerazione del prezzo e l'inserimento dell'indicazione d'uso generica, maschile / femminile.

3) Lotti 8 e 9

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Dentsply Sirona Italia srl, segnalando che il materiale indicato, di *puro silicone*, è identificativo di un prodotto.

La Commissione replica che trova sempre applicazione il principio dell'equivalenza.

4) Lotto 10

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Dentsply Sirona Italia srl, segnalando che il lotto è identificativo di un'Azienda.
- Coloplast spa, segnalando l'errata lunghezza indicata, richiedendo una estensione di tolleranza per comprendere i 33 cm.

La Commissione replica che la problematica sarà portata all'attenzione delle altre Aziende Sanitarie partecipanti all'Unione d'acquisto, al fine di garantire una estensione di tolleranza nelle misure.

5) Lotto 16

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Hollister, segnalando che la sacca integrata da 750 ml, potrebbe essere limitativa.

La Commissione accoglie il rilievo e pertanto la dicitura "750 ml" non farà parte delle caratteristiche del lotto 16 e sarà sostituita con la dicitura "da almeno 750 ml".

6) Lotto 29

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Clini-Lab srl, chiedendo se la siliconatura sia da intendersi solo interna o anche esterna

La Commissione replica che la siliconatura potrà essere considerata fra i criteri di valutazione come premialità.

7) Lotto 86

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, Il rilievo presentato mette in evidenza l'esigenza di valutare una gamma di misure e premialità.

La Commissione replica che, ove possibile, saranno premiate le misure in più disponibili, rispetto a quelle minime richieste.

8) Lotti 90, 91

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, Il rilievo presentato riguarda la lunghezza pari a 900 mm, che si ritiene limitativa della partecipazione, rilevando, pertanto, la necessità di introdurre un range. L'operatore chiede se sia necessario il filo guida

La Commissione replica accogliendo il rilievo sulla lunghezza, precisando che la lunghezza sarà rideterminata in 800 mm, con range +/- 20%. Il filo guida è previsto nel lotto 91 a cui si rimanda. La Commissione precisa, inoltre, che, per coerenza, anche la lunghezza del lotto 91 sarà rideterminata in 800 mm, con range +/- 20%.

9) Lotti dal 92 al 95

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Almed srl, sulla possibilità di creare un lotto con misure per adulti. Ciò in quanto non tutti i lotti previsti, hanno le misure pediatriche.

La Commissione, pur condividendo il rilievo, replica che la problematica è da valutarsi, anche tenuto conto di come sono stati definiti i fabbisogni.

10) Lotti 98 e 99

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Olympus Italia srl, sulla possibilità di prevedere il filo guida separato dal kit richiesto.

La Commissione accoglie la richiesta: si accetta il filo guida, anche separato.

11) Lotto 90-103

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, BD Bard, segnalando criticità nelle misure e nell'ampiezza di gamma degli stent.

La Commissione prende atto di tale criticità e, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, ritiene necessario che, dal lotto 90 al lotto 103, le misure siano variate in tal senso: "ch da 5 a 9 con +/-20% e varie misure"

12) Lotto 102

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, sulla possibilità di un rivestimento diverso dall'eparina, comunque in grado di ridurre le incrostazioni (studi clinici e letteratura scientifica, consentiranno di valutare l'idoneità di un altro tipo di rivestimento).

La Commissione prende atto di tale criticità, da valutarsi, ipotizzando la sostituzione con la dicitura "materiale che riduca le incrostazioni" e con la letteratura scientifica presentata, saranno valutate le performance.

13) Lotto 110

Intervengono i seguenti operatori economici.

- BD Bard, chiedendo se la suddivisione in lotti è a pena di esclusione e se occorre essere in possesso di tutte le voci di ciascun lotto.

La Commissione risponde affermativamente.

14) Lotti 113; 120; 121

Intervengono i seguenti operatori economici.

- BD Bard, chiedendo se con la dicitura "fino a 20 ATM" possa essere presentato 30 ATM.

La Commissione accoglie il rilievo. La dicitura sarà "fino almeno a 20ATM".

15) Lotti 114-116

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Olympus Italia srl, chiedendo se gli ch richiesti siano da intendersi da 6 a 10 (lotto 114) e da 9,5 a 14 (lotto 116)

La Commissione accoglie il rilievo. Sarà inserita la formulazione indicante il range, "da... a...".

16) Lotto 117

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Almed srl, rilevando la presenza di doppie lunghezze e doppi calibri e chiedendo che vengano confermate le seconde lunghezze e i secondi calibri.

La Commissione conferma che trattasi di refuso e che, conseguentemente, saranno apportate le relative modifiche alle specifiche tecniche.

17) Lotti 132 e 133

Intervengono i seguenti operatori economici.

- MDM srl, segnalando che non risulta specificata la presenza dei mandrini.

La Commissione conferma che trattasi di refuso e che, conseguentemente, saranno apportate le relative modifiche alle specifiche tecniche.

18) Lotto 141

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Convatec Italia srl, segnalando un refuso sulla clamp, la stessa dovrebbe essere stringi tubo e non spingi tubo.

La Commissione conferma che trattasi di refuso e che, conseguentemente, saranno apportate le relative modifiche alle specifiche tecniche.

19) Lotto 154

Intervengono i seguenti operatori economici.

- MDM srl, sulla correttezza dimensione della guaina (40x100 cm), in particolare sui 40 cm

La Commissione replica che la misura minima della dimensione della guaina, sarà rideterminata in 20 cm.

20) Lotto 159

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, Il rilievo è relativo alla punta arricchita in tungsteno

La Commissione replica che è indicata l'equivalenza e, pertanto, si conferma il materiale.

21) Lotto 175

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Prodifarm spa, rilevando che non è indicato il materiale della rete (che deve essere semi riassorbibile) e la misura potrebbe essere corta.
- MV Medical Solutions srl, segnalando che la rete / configurazione ad Y potrebbe essere identificativa di un unico operatore, per cui si ritiene necessaria l'equivalenza. Altri operatori presenti segnalano che non è limitativa

La Commissione replica che il rilievo è da valutare con gli specialisti dell'UOC di Ginecologia

22) Lotto 171

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Memis srl, rilevando un prezzo a base di gara fuori mercato (800,00 euro).

La Commissione prende atto della necessità di riallineare il prezzo ai valori di mercato.

23) Lotto 184

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Sirio Medical, rilevando che le caratteristiche indicate sono identificative di prodotto.

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

24) Lotto 184

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Sirio medical, sulla necessità di prevedere la pistola monouso per iniettare il gel, con il conseguente inserimento del comodato d'uso gratuito, per tale pistola; se sia equivalente al silicone, il materiale iniettabile composto di elastomeri di silicone.

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

25) Lotto 185

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Hollister, il rilievo riguarda la previsione del "cordolo antiarrotolamento", per il quale si chiede di eliminare il requisito della sterilità
- BD Bard, rileva che il prezzo è troppo basso e, per questa ragione, è andato deserto, nella gara ponte aziendale, in corso.

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia. Si dà atto di un refuso presente: "sterile"

26) Lotto 190

Intervengono i seguenti operatori economici.

- MDM srl, che chiede se il catetere sia tutto in silicone o solo il palloncino e se questo sia in silicone.

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia

27) Lotti 190-191

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Sanifarm srl, chiede se sia ammesso materiale equivalente al silicone.

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

28) Lotto 194

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Sanifarm srl, rileva criticità nella lunghezza (30 cm).

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

29) Lotti 210-211

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Clini-Lab srl, che richiede se sia possibile unificare i due lotti.

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle aziende dell'unione di acquisto.

30) Lotto 218

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Sanifarm srl, il rilievo riguarda la forza di trazione

La Commissione replica che il rilievo sarà valutato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

31) Lotto 221

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Movi spa, chiedendo se esista un altro apparecchio attualmente in uso a cui poter collegare il manipolatore o se si tratti di un refuso.

La Commissione replica che il rilievo sarà valutato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

32) Lotto 222

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, il rilievo riguarda le caratteristiche limitative del cestello, in particolare le lunghezze (che possiede una sola azienda) e i 4 fili

La Commissione accoglie parzialmente il rilievo. Si confermano i 4 fili, ma le lunghezze sono rideterminate da 90 a 120.

33) Lotto 223

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Olympus Italia srl, sulla possibilità di introdurre un range di tolleranza sui diametri di apertura.

La Commissione accoglie la richiesta. Sarà inserito un range del +/-20%.

34) Lotti 227 e 229

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Medical spa, rilevando una criticità sulle lunghezze.

La Commissione replica che sarà prevista una tolleranza sia sulle lunghezze, sia sui diametri.

35) Lotto 235

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Almed srl, rilevando una criticità nelle misure.

La Commissione replica che sarà introdotta una tolleranza in + o in – del 20%.

36) Lotti 243-240

Intervengono i seguenti operatori economici.

- Prodifarm spa, Sirio Medical, rilevando che tale prodotto è stato aggiudicato nella gara regionale CND K, ai lotti 164-165.

La Commissione replica che il rilievo sarà valutato con lo specialista dell'UOC di Ginecologia.

LA COMMISSIONE

Concluso l'esame dei rilievi, lotto per lotto,

DA ATTO

che, attesa l'eterogeneità dei dispositivi medici oggetto di fornitura e alla luce delle problematiche e criticità riscontrate sulle misure e sui range, in linea generale, in sede di revisione delle specifiche tecniche, si terrà conto dei rilievi mossi sulle caratteristiche limitanti di alcuni prodotti, restando inteso che trova sempre applicazione il criterio dell'equivalenza del prodotto.

La Commissione, infine, dà lettura dei seguenti quesiti, espressi al di fuori della presente seduta pubblica:

- quesito presentato dall'operatore economico, non presente alla odierna seduta, **Benefis**, tramite mail in data 29.05.2019, acquisito agli atti con prot. n. PG/2019/14455 del 29.05.2019, inerente alle misure del **lotto 21**,

La Commissione rimanda alle risposte date ai quesiti analoghi, nella odierna seduta pubblica.

- Quesito presentato dall'operatore economico, presente alla odierna seduta, **MOVI spa**, tramite mail in data 31.05.2019, acquisita agli atti con prot. n. PG/2019/14740 del 03.06.2019, inerente al **lotto 240, voce "c"**, concernente la possibilità di cancellare la dicitura MONOUSO o comunque di poter offrire lo stesso elettrodo nella versione riutilizzabile di eguale se non superiore qualità. Richiesta di conferma delle misure (lett. a): piccolo, medio, grande.

La Commissione accoglie entrambi i rilievi.

A completamento, si allega una Tabella di dettaglio, riepilogativa dei quesiti posti.

Oggi **4 (quattro)**, del mese di **giugno**, dell'anno **2019**, il Coordinatore della odierna seduta pubblica della Consultazione Preliminare di Mercato, dichiara chiusa la seduta pubblica odierna.

Il presente verbale, composto da **n. 14 (quattordici) pagine**, di cui 5 (cinque) dell'allegata Tabella di dettaglio, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione tecnico - amministrativa.

Dott.ssa Teresa Ivana Falco	
Dott.ssa Gabriella Carmelita	
Dott.ssa Daniela Sanna	