



Procedura Negoziata Semplificata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura annuale, suddivisa in 10 lotti, di protezioni CND T03, necessario per le esigenze di varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.d.O. aperta sulla piattaforma telematica del Me.PA. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo a base d'asta: € 208.591,60 (IVA di legge esclusa). Numero Gara 7525160 - CIG Vari

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Si chiede di specificare il tipo di chiusura del sacchetto copristrumento del Lotto n. 4	Chiusura con elastico sul lato da 90 cm
2	Si chiede di specificare per i prodotti dei Lotti 1 e 4, su quale lato si trovi l'apertura: - per il Lotto 1 se sul lato da 90 cm o da 78 cm; - per il Lotto 4 se sul lato da 100 oppure da 90 cm.	In merito ai prodotti del Lotto n. 1 l'apertura deve essere con elastico e va sul lato di 78 cm.  Per il Lotto n. 4 l'apertura deve essere con elastico e va sul lato di 90 cm.
3	Il modello dell'Arco a "C".	Eurocolumbus Alien (Alien 2020 -Alien 3030 )
4	Le dimensioni dei fluoroscopi da coprire e il codice in uso.	Codice articolo wa20810a (Lotto 3)  Leika m400 (Lotto 6)



5	Lotto 5: si richiede il modello e l'inclinazione della lente o il codice in uso.	OPMI PENTERO MULTIVISION NEU 392, KARL ZEISS, tubi orientabili 180° f=170 e f=200.
6	Relativamente al Lotto 9 non viene indicato il numero dei riscaldatori richiesti in Service. Si chiede di indicare il numero esatto dei riscaldatori che verranno richiesti in Service.	Il numero dei riscaldatori richiesti è 20 e si precisa che saranno richiesti in comodato d'uso gratuito.
7	In riferimento al Lotto n. 3 inerente: "Guaina di protezione flessibile per fibroscopio sterile OLYMPUS CYF-5" il prezzo indicato come Base d'Asta potrebbe essere un refuso.	Si conferma importo.
8	Si richiedono le dimensioni relative alla coperta termoattiva riscaldante tipo Barrier.	152x92