Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 1	Caratteristiche tecniche di costruzione	Rastrematura del catetere sull'ago (assenza di gradino tra la punta dell'ago e il catetere)	16		6	
		Sistema anti-inginocchiamento		4		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di facilità d'uso, precocità di attivazione, intuitività nel meccanismo di attivazione	42	6		
		Affinità all'uso del dispositivo: il sistema di sicurezza non deve interferire con l'utilizzo del dispositivo		6		
		Atraumaticità e confort per il paziente, scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti		6		
		Funzionalità del sistema di bloccaggio per la fuoriuscita del sangue		6		
		Efficacia del sistema antireflusso		6		
		Funzionalità delle alette in termini di facile impugnatura ai fini dell'inserimento		6		
		Qualità del sistema di fissaggio		6		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 2, 3	Caratteristiche tecniche di costruzione	Rastrematura del catetere sull'ago (assenza di gradino tra la punta dell'ago e il catetere)	16		6	
		Sistema anti-inginocchiamento		4		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di facilità d'uso, precocità di attivazione, intuitività nel meccanismo di attivazione	42	5		
		Affinità all'uso del dispositivo: il sistema di sicurezza non deve interferire con l'utilizzo del dispositivo		5		
		Atraumaticità e confort per il paziente, scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti		6		
		Funzionalità del sistema di bloccaggio per la fuoriuscita del sangue		6		
		Efficacia del sistema antireflusso		6		
		Funzionalità delle alette in termini di facile impugnatura ai fini dell'inserimento		6		
		Minimo ingombro del sistema di fissaggio su paziente neonatale /prematuro		8		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 4, 5, 6, 7, 8	Caratteristiche tecniche di costruzione	Rastrematura del catetere sull'ago (assenza di gradino tra la punta dell'ago e il catetere)	18		6	
		Sistema anti-inginocchiamento		6		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Maneggevolezza del kit di introduzione	40	6		
		Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di facilità d'uso, precocità di attivazione, intuitività nel meccanismo di attivazione		6		
		Atraumaticità e confort per il paziente, scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti		6		
		Efficacia del sistema antireflusso		8		
		Affinità all'uso del dispositivo: il sistema di sicurezza non deve interferire con l'utilizzo del dispositivo		6		
		Qualità del sistema di stabilizzazione		8		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 9	Caratteristiche tecniche di costruzione	Rastrematura del catetere sull'ago (assenza di gradino tra la punta dell'ago e il catetere)	18		6	
		Sistema anti-inginocchiamento		6		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Efficienza del meccanismo di sicurezza in termini di facilità d'uso, precocità di attivazione, intuitività nel meccanismo di attivazione	40	6		
		Affinità all'uso del dispositivo: il sistema di sicurezza non deve interferire con l'utilizzo del dispositivo		6		
		Atraumaticità e confort per il paziente, scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti		6		
		Funzionalità del sistema di bloccaggio per la fuoriuscita del sangue		8		
		Qualità del sistema di fissaggio		8		
		Estensione del listino su altre misure oltre quelle richieste				6
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 10	Caratteristiche tecniche di costruzione	Rastrematura del catetere sull'ago (assenza di gradino tra la punta dell'ago e il catetere)	18		6	
		Sistema anti-inginocchiamento		6		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Presenza di indicatori di profondità nel catetere	40		8	
		Funzionalità del sistema di accorciamento del catetere		8		
		Atraumaticità e confort per il paziente, scorrevolezza dell'ago da introduzione		8		
		Tenuta della connessione con linea di infusione		8		
		Minimo ingombro del sistema di fissaggio sul paziente neonatale		8		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 11, 12, 13, 14, 15	Caratteristiche tecniche di costruzione	Rastrematura del catetere sull'ago (assenza di gradino tra la punta dell'ago e il catetere)	18		6	
		Sistema anti-inginocchiamento del catetere		6		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Presenza di indicatori di profondità nel catetere	40		8	
		Funzionalità del sistema di accorciamento del catetere		8		
		Atraumaticità e confort per il paziente, scorrevolezza del sistema di introduzione		8		
		Tenuta della connessione con linea di infusione		8		
		Qualità del sistema di fissaggio		8		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Caratteristiche tecniche di costruzione	Minor traumaticità del sistema di introduzione	20	8		
		Sistema anti-inginocchiamento del catetere		6		
		Flessibilità del catetere		6		
	Caratteristiche funzionali	Atraumaticità e confort per il paziente	30	6		
		Presenza di indicatori di profondità nel catetere			6	
		Tenuta della connessione con linea di infusione		6		
		Funzionalità del sistema di fissaggio		6		
		Completezza e funzionalità del kit di introduzione		6		
	Gamma delle misure disponibili	Estensione del listino su ulteriori misure oltre quelle richieste	8			8
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 28	Caratteristiche tecniche di costruzione	Materiale di costruzione del rivestimento	24	6		
		Elevata rilevabilità radiologica		6		
		Minor traumaticità del sistema di introduzione		6		
		Ecogenicità dell'ago			6	
	Caratteristiche funzionali	Sistema anti-inginocchiamento	34	6		
		Maggior numero di punture del setto				8
		Completezza e funzionalità del kit di introduzione				8
		Praticità della connessione		6		
		Facilità di individuazione tattile		6		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	**Caratteristiche tecniche di costruzione**	Atraumaticità della punta	26	10		
		Resistenza del palloncino		10		
		Adattabilità a parti anatomiche		6		
	Caratteristiche funzionali	Funzionalità e maneggevolezza	24	10		
		Affidabilità e precisione del sistema		8		
		Presenza del codice colore per misura			6	
	Gamma delle misure disponibili	Estensione del listino su altre misure	8			8
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 38	**Caratteristiche tecniche di costruzione**	Minor traumaticità del sistema di introduzione	12	6		
		Sistema anti-inginocchiamento		6		
	Caratteristiche funzionali	Facilità di inserimento	38	8		
		Scorrevolezza del catetere nell'introduttore		8		
		Presenza dei codici colore su ciascuna estremità in funzione alla tipologia di lume			6	
		Presenza di indicatori di profondità nel catetere			8	
		Completezza del kit		8		
	Gamma delle misure disponibili	Estensione del listino su altre misure	8			8
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 40	**Caratteristiche tecniche di costruzione**	Acciaio conforme standard AISI	10		10	
	Caratteristiche funzionali	Atraumaticità del sistema di fissaggio	48	16		
		Atraumaticità dell'ago toracico		16		
		Pretagliabilità dell'ago toracico			16	
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	

LOTTO	PARAMETRI QUALITATIVI	SUB CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D (DISCREZIONALI) MAX	PUNTI T (TABELLARI) MAX	PUNTI Q (QUANTITATIVI) MAX
lotto 42	Caratteristiche tecniche di costruzione	Minor traumaticità del sistema di introduzione	20	10		
		Sistema anti-inginocchiamento		10		
	Caratteristiche funzionali	Facilità di inserimento	38	10		
		Presenza di indicatori di profondità nel catetere			8	
		Funzionalità del sistema di fissaggio		10		
		Completezza e funzionalità del kit di introduzione		10		
	Confezionamento ed etichettatura	Codice prodotto, lotto e scadenza ben visibile	12	4		
		Praticità di stoccaggio		4		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura			4	
		TOTALE COMPLESSIVO MAX	**70**			