Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in quarantaquattro (44) lotti distinti, di dispositivi per sistema artero-venoso CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara soggetto a ribasso, euro 3.188.070,00(oltre IVA nella misura di legge). N° gara 7618259. CIG vari. CUI F02268260904201900007.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 18/02/2020

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Lotto 1	Si chiede se si intende procedere all'aggiudicazione del lotto n. 1, dal momento che in data 28.02.2020 scadrà la gara di aghi e siringhe indetta dalla Centrale Regionale nella quale sono presenti anche gli aghi cannula di cui al lotto n.1.	A tal proposito si rimanda all'articolo 2 del capitolato tecnico
2	Lotto 16	Al fine di garantire una più ampia partecipazione, si chiede di scorporare dal lotto la richiesta di dispositivo di fissaggio senza punti di sutura.	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
3	Lotto 17	Al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede di scorporare dal lotto la richiesta di dispositivo di fissaggio senza punti di sutura	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
4	Lotto 18	Al fine di garantire una più ampia partecipazione si richiede di accettare set nell'intervallo di diametri da 20 a 22G e lunghezze da 10 a 12 cm;	Si accetta l'intervallo proposto sia nel calibro che nella lunghezza
5	Lotto 19	Al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede di scorporare dal lotto la richiesta di dispositivo di fissaggio senza punti di sutura	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
6	Lotto 20	Al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede di scorporare dal lotto la richiesta di dispositivo di fissaggio senza punti di sutura	Si confermano le descrizioni di cui al capitolato tecnico
7	Lotto 21	Al fine di non limitare la concorrenza si richiede di accettare set nell'intervallo di lunghezze da 5 a 13 cm	Si accoglie la richiesta
8	Lotto 22	Al fine di non limitare la concorrenza si richiede di accettare set di lunghezza pari a 15-16 cm e in ogni caso di accettare un margine di tolleranza sulle lunghezze richieste	Si accoglie la richiesta, si accetteranno DM con una tolleranza del ± 10% sulla misura di lunghezza
9	Lotto 23	Al fine di non limitare la concorrenza si richiede di accettare set di lunghezza pari a 15-16 cm e in ogni caso di accettare un margine di tolleranza sulle lunghezze richieste	Si accoglie la richiesta, si accetteranno DM con una tolleranza del ± 10% sulla misura di lunghezza

10	Lotto 24	Al fine di garantire una più ampia partecipazione si richiede di poter accettare set aventi diametro di 8 Fr e in ogni caso di accettare un margine di tolleranza sui diametri richiesti;	Si accoglie la richiesta, si accetteranno DM con una tolleranza del ± 10% sulla misura di calibro