Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 2.994.828,00 (di cui € 828,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,), oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7616063. CIG: Lotto 1 - 81229484BE; Lotto 2 - 81229549B0; Lotto 3 - 8122960EA2 - CUI F02268260904201900039.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 27/02/2020

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti relativi al Lotto 1 della procedura in oggetto: REQUISITI MINIMI <u>Lotto 1 - Punto 1 del capitolato.</u> La determinazione dei seguenti parametri: pH, pCO2, pO2, HCO-3, Ca++, Sodio (Na), Potassio (K), Cloro (Cl), HCT, tHb, SO2, O2Hb, COHb, HHB. MetHB, Hb fetale, Bilirubina, Glucosio, Lattato e il dosaggio della Creatinina: *Si richiede la descrizione dettagliata dei pannelli dei test disponibili compresi tutti i parametri calcolati, i cui risultati siano supportati dalle Linee Guida e dalle Società Scientifiche di validazione del metodo.* ***Si chiede di precisare quanti e quali strutture/reparti richiedano strumenti con il dosaggio della Creatinina.***	**Gli strumenti che dovranno essere forniti, completi del modulo per il dosaggio della Creatinina, sono 5 e sono quelli destinati alle seguenti UU.OO.** - **Rianimazione SSA** - **Rianimazione Cliniche** - **Cardioanestesia** - **Neonatologia** - **Clinica Chirurgica** **Tutti gli strumenti offerti dovranno però essere predisposti per l'aggiunta del suddetto modulo della creatinina qualora venisse richiesto**
2	<u>Lotto 1 - Punto 5 del capitolato</u>. Tutti i parametri richiesti, in funzione "micro" da siringa o capillare dovranno essere dosati contemporaneamente in automatico con meno di 100 µl di campione: ***Si chiede di confermare che il volume campione di 100 µl sia riferito alla determinazione contemporanea di tutti parametri in funzione "micro" da siringa o capillare ad eccezione della creatinina.***	**Si conferma.**
3	<u>Lotto 1 - Punto 10 del capitolato</u>. Fornitura di una VEQ mensile (matrice biologica e programma di gestione) su tre livelli sui test misurati, in quantità adeguata per tutte le apparecchiature in dotazione: ***Si chiede di precisare se la richiesta di una VEQ mensile sia da ritenersi un refuso e al contempo di considerare equivalente l'iscrizione ad un programma VEQ con 4 invii/anno.***	**Si conferma che la richiesta mensile è un refuso e che si chiede la fornitura di una VEQ trimestrale (4 invii l'anno)**
4	<u>Lotto 1 – Punti 1,5 e 7 del capitolato</u> Si chiede che le caratteristiche di minima richieste per i parametri della creatinina dell'Hb fetale di cui ai punti 1, 5 e 7, vengano riformulate come caratteristiche preferenziali al fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici	**Si conferma che la creatinina e l'Emoglobina fetale sono parametri essenziali per le UU.OO. che ne hanno fatto richiesta.**