Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d'asta nel quinquennio € 2.994.828,00 (di cui € 828,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,), oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7616063. CIG: Lotto 1 - 81229484BE; Lotto 2 - 81229549B0; Lotto 3 - 8122960EA2 - CUI F02268260904201900039.		
CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 11/03/2020		
N.	**QUESITO**	**CHIARIMENTO**
1	**In riferimento alle caratteristiche tecniche richieste per il LOTTO 3, per il principio di equivalenza, Secondo l'art 68, d.lgs. n.50 del 2016, che attua nell'ordinamento nazionale l'art.42 della direttiva 2014/24/UE, Comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Consiglio di stato, sez.III, n6721 del 2018), in considerazione del fatto che l'assenza del codice a barre non preclude la tracciabilità del campione, si chiede che vengano accettati anche prodotti senza l'identificazione con codice a barre.**	**Nel rispetto del principio di equivalenza verranno accettati tutti i sistemi che garantiscano la tracciabilità del campione.**
2	**In riferimento alle caratteristiche tecniche richieste per il LOTTO 3, per il principio generale della libera concorrenza (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-ter, 8 febbraio 2011, n. 1228), si chiede che la descrizione " identificabili con codice a barre" venga eliminato e non considerato un requisito minimo a pena di esclusione, non garantendo la massima partecipazione al bando di gara in oggetto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 85).**	**Nel rispetto del principio di equivalenza verranno accettati tutti i sistemi che garantiscano la tracciabilità del dispositivo, anche alternativi alla presenza del codice a barre.**