Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 1 - n°1 Sistema combinato per fluorangiografia - indocianografia - OCT

- CRITERIO 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	*n. max di facciate del fascicolo o nota*	N°SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	**Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali**	**50**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	1.1	Verrà valutato il pacchetto dei Software diagnostici fra cui quello di ricostruzione automatica della mappa retinica e la bontà delle immagini elaborate	10		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutato il sistema di illuminazione	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Ampiezza di scansione del Modulo camera anteriore **Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il maggior valore richiesto rispetto a quello indicato nel CT, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			7
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Alta velocità del sistema OCT rispetto a quanto indicato nel CT **Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il maggior numero di scansioni al secondo, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			7
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.5	Verrà valutato nell'insieme il Software integrato per la gestione del database paziente, delle funzioni di acquisizione, dell'elaborazione delle immagini (luminosità, contrasto, zoom, ottimizzazione, composizione, etc...) esportazione e composizione stampa immagini	10		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.6	Numero di strati di segmentazione della retina **Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il maggior valore richiesto, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			5
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.7	Verrà valutata la capacità dell'hard disk interno dedicato all'archiviazione dei dati **Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la capacità maggiore, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente**			5

					proporzionale al valore del parametro offerto.			

- CRITERIO 2 - **Assistenza tecnica**.

3	**Assistenza tecnica**	**30**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; **verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; **verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; **verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto**.			10

Il Direttore ff della SC di Oculistica
Prof. Antonio Pinna

_____

Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica
Ing. Roberto Manca

_____