Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 4 - n°1 Laser giallo per fotocoagulazione retinica

o <u>CRITERIO 1</u> - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	n. max di facciate del fascicolo o nota	N°SUB- CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	50	Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.1	Verrà valutata l'interfaccia utente in relazione alla qualità e quantità di informazioni ed al controllo dei parametri di lavoro	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutato il numero e la qualità di tutti i sistemi adottati per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, degli utilizzatori e dei pazienti	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Verrà valutata la varietà e tipologia degli spot	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Verrà valutata la modularità, il pattern e la gestione delle griglie laser	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.5	Verrà valutata la modalità' ed efficacia di erogazione della potenza del laser	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.6	Verrà valutata la qualità della lampada a fessura e delle ottiche	9		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.7	Verrà valutata la modalità e tipologia Salvataggio dei dati dei trattamenti e dei pazienti e loro archiviazione. Apprezzamento crescente in relazione alle diverse modalità di salvataggio dei dati del trattamento e del paziente e di una loro archiviazione su supporti informatici	4		
				1.8	Verrà valutata l'espandibilità del sistema. Apprezzamento crescente in relazione alla possibilità dopo l'acquisizione del sistema di aggiungere altre opzioni in modo da aumentare i trattamenti possibili o la loro qualità	4		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.9	Presenza di un Pattern di trattamento con risparmio della Fovea		5	

o <u>CRITERIO 2</u> - Assistenza tecnica.

		<u> </u>	NIO 2 - A3313	toniza to			
	Assistenza tecnica	facciata A4 (ammessi dépliant schede tecniche) Max 2 facc A4 (ammessi dépliant schede tecniche) Max facciata A4 (ammessi	facciata A4 (ammessi dépliant e schede	2 1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.		10
3			(ammessi dépliant e schede	22	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.		10
			facciata A4 (ammessi dépliant e schede	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.		10

Il Direttore ff della SC di Oculistica
Prof. Antonio Pinna
Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria
Clinica
Ing. Roberto Manca