Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 8 - n°1 OCT (Tomografo a Coerenza Ottica)

- CRITERIO 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	*n. max di facciate del fascicolo o nota*	N°SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	**50**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	1.1	Velocità di scansione elevata **Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il maggior valore richiesto, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			6
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutata la funzionalità dei sistemi di riduzione degli artefatti da movimento in fase di acquisizione e post acquisizione	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Verrà valutata la risoluzione trasversale ottica	4		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Verrà valutata la risoluzione assiale ottica	4		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.5	Verrà valutato il diametro della scansione retica	4		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.6	Verranno valutate dimensioni e caratteristiche della mappa pachimetrica	4		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.7	Verranno valutate dimensioni e caratteristiche della mappa pachimetrica	4		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.8	Verrà valutata la profondità di scansione sul tessuto coroideale	7		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.9	Range si compensazione diottrica delle immagini. **Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il range maggiore rispetto a quanto richiesto, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			6
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.10	Verranno valutate nell'insieme le caratteristiche del software di elaborazione gestione e trasferimento delle immagini ed esami	5		

- CRITERIO 2 - **Assistenza tecnica**.

3	**Assistenza tecnica**	**30**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10

Il Direttore ff della SC di Oculistica
Prof. Antonio Pinna

_____

Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica
Ing. Roberto Manca

_____