Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 11 - n°1 Microscopio Operatorio a soffitto

- CRITERIO 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	*n. max di facciate del fascicolo o nota*	N°SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	**50**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	1.1	Verrò valutata la semplicità e comodità del posizionamento del microscopio alle spalle del chirurgo	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutata la semplicità di inserimento rapido di una seconda sorgente di luce, direttamente sul corpo ottico, in caso di guasto della prima	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Verrà valutata l'intuitività del quadro di comando	10		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Verrà valutata la tipologia, facilità di sanificazione ed utilizzo della pedaliera senza cavi, le funzioni con comandi sia verticali sia orizzontali	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.5	Capacità di programmare e memorizzare valori di configurazione per diversi utilizzatori		5	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.6	Presenza dei filtri laser nel percorso telecamera per ottimizzazione dei filmati		5	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.7	presenza di tilting motorizzato		5	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.8	Range di regolazione della messa a fuoco >50 mm		5	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.9	Monitor LCD >19 pollici		5	

- CRITERIO 2 - **Assistenza tecnica**.

3	**Assistenza tecnica**	**30**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10

Il Direttore ff della SC di Oculistica
Prof. Antonio Pinna

_____

Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica
Ing. Roberto Manca

_____