Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 13 - n° 1 Biometro/Pachimetro

- CRITERIO 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	*n. max di facciate del fascicolo o nota*	N°SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	**50**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	1.1	Verrà valutata la tipologia, caratteristiche, dimensione area analizzata della funzione topografica/cheratometrica	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutato il range di misurazione della lunghezza assiale	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Verrà valutato il range di misurazione del raggio corneale	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Verrà valutato il range white to white	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.5	Verrà valutato il range diametro pupilla compatibile per acquisizione	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.6	Verrà valutata l'intuitività del software in base alla semplicità di selezione delle funzioni, impostazioni e gestione dei menù	5		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.7	Verrà valutata la completezza delle Formule disponibili per il calcolo della IOL. **verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà il numero maggiore di formule oltre a quelle minime richieste in CT. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.**			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.8	Dotazione di sonda pachimetria sia a punta dritta che angolata		10	

- CRITERIO 2 - **Assistenza tecnica**.

3	**Assistenza tecnica**	**30**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10

Il Direttore ff della SC di Oculistica
Prof. Antonio Pinna

_____

Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica
Ing. Roberto Manca

_____