Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 15 - n°1 Microscopio operatorio a stativo su pavimento

- CRITERIO 1 - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	*n. max di facciate del fascicolo o nota*	N°SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	**50**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	1.1	Illuminazione coassiale		6	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutata la funzione di messa a fuoco e reset per il ritorno alla posizione centrale programmabile tramite le funzioni dello stativo.	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Presenza di pedaliera wireless		6	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Verrà valutata la qualità di visualizzazione del monitor tenendo conto della risoluzione e della diagonale (minimo 17'')	6		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.5	Presenza di tilting motorizzato		6	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.6	Range di messa a fuoco >50 mm		6	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.7	Verrà valutato il sistema di archiviazione e registrazione delle immagini ad alta risoluzione	8		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.8	Dimensioni del monitor LCD >19 pollici		6	

- CRITERIO 2 - **Assistenza tecnica**.

3	**Assistenza tecnica**	**30**	*Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)*	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			10

Il Direttore ff della SC di Oculistica
Prof. Antonio Pinna

_____

Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica
Ing. Roberto Manca

_____