LOTTO 16 - SISTEMA PER CRIOCHIRURGIA RETINICA

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 16 - n°1 sistema criochirurgia retinica

o <u>CRITERIO 1</u> - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	n. max di facciate del fascicolo o nota	N°SUB- CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
1	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	50	Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.1	Possibilità di utilizzo del sistema anche con sonde oftalmiche pluriuso		10	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutata la modalità di utilizzo del sistema offerto, con riferimento al controllo dei tempi e regolazioni delle pressioni del gas in ingresso	15		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Verrà valutata la quantità delle sonde oftalmiche fornite a corredo del sistema Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà l'intervallo più ampio, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			15
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.4	Verrà valutata la qualità e l'ergonomia del sistema offerto (peso, dimensioni, pulizia e sanificazione delle sonde)	10		

3	Assistenza tecnica	Max 2 fai schede 1 Max 2 fai schede 1 Max 2 fai (ammessi a (ammes) a (ammessi a (ammes) a (ammessi a (ammes) a (a	Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.		10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.		10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.		10

Il Direttore ff della SC di Oculistica Prof. Antonio Pinna Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica Ing. Roberto Manca