## Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto 19 - n°1 Microscopio endoteliale

## o <u>CRITERIO 1</u> - Caratteristiche tecniche e prestazionali

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	n. max di facciate del fascicolo o nota	N°SUB- CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
	Caratteristiche tecniche e prestazionali Generali	50	Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.1	Verrà valutate le caratteristiche costruttive ed ergonomiche del microscopio quali ad esempio dimensioni della stampante interna, del tavolo regolabile, facilità di sanificazione ecc	12		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.2	Verrà valutato il Software integrato di analisi di calcolo	12		
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.3	Numero di aree di misurazione superiore rispetto a quanto indicato nel CT Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la il valore maggiore, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. Verrà attribuito un punteggio nullo a chi offrirà un valore pari a a quello minimo richiesto nel CT			5
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.4	Schermo a colori di tipo touch screen di ampi dimensioni. Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la il valore maggiore, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.			3
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.5	Allineamento e messa a fuoco automatica		3	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.6	Scansione fotografica automatica con ampio numero di foto		3	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.7	Possibilità di stampare i dati disponibili direttamente dall'apparecchio senza collegamenti a computer od altre stampanti		4	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche	1.8	Possibilità di visualizzazione e stampa in un'unica pagina di entrambi le immagini dell'occhio destro e sinistro		3	
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	1.9	Verrò valutata la dimensione del monitor. Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà la dimensione maggiore, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto			5

## O CRITERIO 2 - Assistenza tecnica.

3	Assistenza tecnica	30	Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.1	Tempi di assistenza tecnica; sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di intervento inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.	10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.2	Tempo di risoluzione guasto dalla chiamata: sarà premiata l'offerta che garantisca tempi di risoluzione guasto inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà tempi di risoluzione minori rispetto a quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.	10
			Max 2 facciata A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	2.3	Manutenzione preventiva programmata; sarà premiato l'incremento degli interventi rispetto al numero minimo previsto dal CT; verrà attribuito il punteggio massimo a chi presenterà un numero maggiore di manutenzioni preventive, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto.	10

Il Direttore ff della SC di Oculistica Prof. Antonio Pinna Il Direttore pro tempore della SSD di Ingegneria Clinica Ing. Roberto Manca