



Procedura aperta, suddivisa in n. 33 lotti, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, con opzione di proroga tecnica, di Materiale diagnostico per Microbiologia – Metodica Manuale- SC Microbiologia e Virologia e SC Direzione Igiene e C.I.O. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Importo complessivo a base d'asta, € 1.575.000,00 (IVA di legge esclusa), oltre proroga tecnica € 157.500,00. CUI F0226826090420200033. Numero di Gara: 8164311. CPV: 33141625-7, CIG vari.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI N. 1

N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Capitolato	Capitolato gara Microbiologia - metodica manuale”, Art. 2. Terreni contenenti sangue e antibiotici con scadenze non inferiori ai 50 giorni: Si fa richiesta di poter offrire piastre non contenenti sangue e antibiotici con scadenza inferiore a 6 mesi e piastre contenenti sangue e antibiotici con scadenza inferiore ai 50 giorni in quanto il processo di produzione per queste tipologie di terreni prevede un periodo di almeno 7 giorni dedicato al controllo di qualità, con successivo sblocco del lotto e stabilità del prodotto in termini di sensibilità e specificità, per una ottimale crescita batterica. Pertanto la conferma delle caratteristiche richieste renderebbe sostanzialmente impossibile ad un fornitore, non presente sul territorio regionale, la partecipazione alla Gara limitando quindi in maniera artificiale la concorrenza.	Si conferma quanto richiesto nel Capitolato
2	Capitolato	Capitolato gara Microbiologia - metodica manuale”, Art. 2 * L'offerta ... dovrà inoltre, essere completa di schede tecniche, in formato cartaceo e supporto informatico xls: si chiede di specificare la modalità di inoltro delle schede in formato cartaceo oppure se trattasi di refuso, inoltre se il formato elettronico da allegare alla documentazione di gara può essere PDF (ricercabile), formato previsto dal produttore	Trattasi di refuso. Le schede possono essere in formato PDF
3	Capitolato	Allegato “quantificazione fabbisogno 33 lotti”, Lotto 3. Terreni agarizzati in piastra, AGAR SCHADLER 5% sangue di montone CON NEOMICINA E VANCOMICINA: Si chiede la possibilità di offrire un terreno con una combinazione di antibiotici differente, con le stesse caratteristiche di selettività e equivalente in termini di performance. Nello specifico, l'antibiotico kanamicina è presente al posto della Neomicina, entrambi aminoglicosidi.	Si conferma quanto richiesto nel Capitolato
4	Capitolato	Allegato “quantificazione fabbisogno 33 lotti”, Lotto 23 DISCHI ANTIBIOTATI PER METODICA DI DISCO DIFFUSIONE a scelta tra Gram+, Gram-: Per i seguenti antibiotici si prega di specificare la concentrazione desiderata tra quelle indicate: • Metronidazolo – dischetti da 5 µg o 50 µg • Mezlocillina – dischetti da 30 µg o 75 µg • Gentamicina - dischetti da 10 µg o 30 µg o 120 µg	Metronidazolo – dischetti da 50 µg • Mezlocillina – dischetti da 75 µg • Gentamicina - dischetti da 10 µg
5	Capitolato	Lotto n. 1 rif. piastre cromogene per la ricerca di Campylobacter termoresistente: si chiede se è possibile offrire equivalente terreno non cromogeno che consenta comunque l'isolamento di campylobacter jejuni.	Si conferma quanto richiesto nel Capitolato
6	Capitolato	Lotto n. 3: rif. piastra brucella 5% siero di cavallo: si chiede se è possibile offrire terreno equivalente con sangue di montone	Va bene anche l'equivalente
7	Capitolato	lotto 3 e 6 rileviamo la richiesta di terreno Thayer Martin Agar in piastra Lotto 6 Thayer Martin Agar VCNT Lotto 3 Thayer Martin Agar per il lotto 3 vi preghiamo specificare quale tipologia di Thayer Martin è richiesto	come richiesto da bando
8	Capitolato	Lotto 3 si segnala che la voce Terreni Liquidi - brodo tetrathionate base - NON riporta quantità da offrire. Si chiede conferma se trattasi di refuso e quindi comunicare quantità ovvero se la voce è da ritenersi nulla.	Non è richiesto. Questo terreno è un refuso
9	Capitolato	lotto 5 Titolo del lotto: Terreni in piastra multipla su supporto rettangolare con almeno 5 diversi tipi di terreno per germi comuni Voce I Piastra a due terreni crom. microer salm-shig/campy Chiediamo conferma in ordine alla voce 1 se è richiesto una piastra multipla solamente a due terreni ovvero si intenda minimo due terreni compresi quelli citati	Minimo due terreni
10	Capitolato	lotto 27 si chiede quanto segue: 1. i prodotti appartenenti al lotto 27 devono essere tutti marcati CE-IVD ? 2. il prodotto albumin bovine fraction V (lotto 27 posizione 11) può essere accettato liofilizzato anziché in soluzione?	1. i prodotti appartenenti al lotto 27 devono essere tutti marcati CE-IVD. 2. Il prodotto albumin bovine fraction V può essere accettato anche liofilizzato
11	Capitolato	Si chiede se per i prodotti dei lotti 3,10,15,16,27 e 29 è richiesto il marchio CE-IVD.	E' richiesto il marchio CE-IVD per tutti i lotti
12	Capitolato	Capitolato gara Microbiologia - metodica manuale”, In riferimento al Lotto 3, terreni di coltura e più precisamente ai "terreni liquidi", tra le caratteristiche dei prodotti è richiesto un contenuto minimo di terreno liquido di 9 ml; a tal proposito siamo a chiederVi di accettare la possibilità di offrire un contenuto minimo di terreno pari a 8 ml per le due voci seguenti: -BRODO CUORE CERVELLO; -Tryptone Soy broth	Si ribadisce la richiesta del bando