



Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202000155 – CUP H81B16000430001

**CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI n. 9**

1	In riferimento all'Art. 7.3.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELL'ESECUTORE DI LAVORI PUBBLICI, "Ove il concorrente non sia in possesso di attestazione per progettazione ed esecuzione e concorra con la sola CCIAA o con i requisiti ridotti ex art. 90, dpr 207/2010 o con la SOA di sola costruzione, dovrà avvalersi di un progettista qualificato in servizi di ingegneria e architettura nelle categorie d'opera di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, [...]", nel caso in cui sia necessario avvalersi di due o più progettisti qualificati esterni all'operatore economico concorrente, si prega di confermare che: a) per gli stessi non sussista l'obbligo di associarsi in RTP costituendo; b) i progettisti possano essere esclusivamente indicati e non associati all'operatore economico concorrente; c) la firma delle tavole inerenti la progettazione sarà deputata agli stessi progettisti indicati dal RTI costituendo.	Ad integrazione della risposta al quesito n. 2 dei chiarimenti amministrativi n. 8, Si conferma il quesito di cui al punto c)
2	In riferimento alla "Domanda di partecipazione", Modello 1, ed allo "Schema di Offerta economica", si chiede di confermare che, al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo, sia possibile applicare la marca da bollo direttamente sulle facciate dei documenti indicati.	Si conferma.
3	In riferimento all'Art.16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA, "La Relazione Tecnica di Offerta (escluso indice e copertina) sarà costituito da Max 10 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt e dovrà essere integrata dal "Questionario parametri T/Q", da rendersi preferibilmente utilizzando il Modello integrativo della Relazione Tecnica di Offerta, predisposto dalla stazione appaltante per ciascun lotto (ALLEGATI: 2.1, 2.2)", si prega di confermare che le pagine del " Questionario parametri T/Q" non rientrano nel conteggio delle 10 pagine della Relazione Tecnica di Offerta.	Si conferma
4	In riferimento all'Art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA, ed alla previsione per cui "Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana.", si prega di confermare che sia possibile allegare dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e della strumentazione predisposte dalla Ditta Fabbricante, Certificazioni di qualità ISO, eventuale bibliografia scientifica o studi clinici, depliant illustrativi e copia delle etichette in lingua inglese, trattandosi di documentazione predisposta da Istituzioni scientifiche e/o da Casa Madre, aventi sede all'estero.	Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 dei chiarimenti amministrativi n.1, pubblicati il 17/11/2020.

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Alberto Giordano)