Chiarimenti

A seguito di richiesta di chiarimenti si comunica quanto segue:

Quesito:

In riferimento al Vostro invito, siamo a segnalarvi che le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti richiesti nel Capitolato Tecnico al momento identificano un unico specifico fornitore.

In considerazione del:
"Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in attuazione alle normative CE e precisamente all'art.. 2 - Principi - comma I, che riportiamo letteralmente " ... omissis; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ect",
e
"all'articolo 8 comma 6 del D.L. 358/92 integrato e modificato dall'art. 7 comma 6 D.L. 402/98, prevede espressamente che i requisiti tecnici siano aperti a quante più Aziende del settore per il principio di maggiore competitività e trasparenza dei Pubblici Appalti

Secondo il principio di uguaglianza del nostro Legislatore, chiediamo di poter partecipare alla gara con i prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO: con pannello di controllo touch screen di ultima generazione, posizionato sulla sinistra dello strumento;
- CENTRALINA PER INCLUSIONE: senza sensore di riserva paraffina.

Risposta quesiti da parte dell' U.O. interessata:

In riferimento alla nota della ditta probabile concorrente si comunica quanto segue, precisando che peraltro Ie risposte a quanto obiettato dalla stessa ditta sono insite nel Capitolato Tecnico stessa che invitiamo, pertanto, a rivedere con attenzione.

1. Nelle caratteristiche fondamentali previste nel Capitolato Tecnico per iI microtomo rotativo automatico è previsto la dotazione di "pannello di controllo separato posizionabile a destra o a sinistra" e pertanto e del tutto evidente che per quanto riguarda questa specifica caratteristica II microtomo della ditta probabile concorrente con il pannello di controllo posizionato sulla sinistra della strumento risulta rispondente a quanto richiesto.

2. La centralina per inclusione ha tra Ie caratteristiche fondamentali "Pannello di controllo LED che consenta la programmazione separata delle varie temperature di lavoro (riserva paraffina, superficie di lavoro, recessi delle cassette e formelle). Le possibilità di avere temperature differenziate nei vari settori della strumento è fondamentale per I'inclusione dei preparati istologici ed e infatti presente nelle centraline per inclusione, ivi compresa la centralina per inclusione della ditta probabile concorrente.

Pertanto, a parere dell' U.O. di riferimento, risulta privo di fondamento che le caratteristiche tecniche

identifichino un unico specifico fornitore e che quanto eccepito andrebbe supportato da dati tecnici esaustivi.

Si comunica pertanto che le strumentazioni con le quali la ditta intende partecipare alla procedura di gara saranno ammesse alle valutazione tecniche.