Quesito n 1

In capitolato alla voce 9 BANCONI E ARREDI DI SUPPORTO si chiede cortesemente di confermare che le misure richieste sono indicative e che è permessa una tolleranza del 10%.

Risposata quesito n.1 da parte della U.O.

I banconi e arredi di supporto hanno in capitolato dimensioni indicative ed è ammessa una tolleranza del 10%

Quesito n. 2

In capitolato alla voce 9 BANCONI E ARREDI DI SUPPORTO si chiede "Il piano di lavoro è realizzato in laminato plastico omogeneo a tutto spessore" . Successivamente si afferma "I piani in gres ... ". Si chiede cortesemente di comunicarci in quale materiale deve essere realizzato il piano di lavoro.

Risposata quesito n. 2

Il piano di lavoro è preferibilmente realizzato in laminato plastico omogeneo a tutto spessore e trattasi di refuso l'indicazione della realizzazione in gres.

Quesito n. 3

Nel Capitolato Tecnico di gara sono richiesti pennelli "a pelo di bue". Essendo la descrizione molto generica, si chiede cortesemente di specificare di quali pennelli la Stazione Appaltante ha necessità (es. forma, dimensione, tipologia della setola ecc.).

Risposata quesito n. 3

I pennelli in pelo di bue sono reperibili in qualsiasi cartoleria in quanto sovrapponibili a quelli utilizzati per pittura. . A titolo esemplificativo possono andare bene modelli equipollenti a quelli della ditta FILA Giotto Pennelli Serie Art 700 (http://www.fila.it/giotto/prodotti/pennelli/giotto-pennelli-serie-art-700- prettyphoto[gallery1]/2/)

Quesito n. 4

Nel Disciplinare di Gara viene richiesto l'invio di adeguata campionatura. Si chiede di confermare la possibilità di inoltrare, nei termini di gara, una parte dei prodotti offerti.

Risposta quesito n 4

la campionatura deve obbligatoriamente essere fornita per i seguenti materiali: lame monouso per microtomo lame monouso per riduzione pezzi anatomici, soluzione spray deparaffinante; inchiostro di china nero