



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura quadriennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, e connessi lavori e servizi, per la Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari". CPV 33696500-0. Importo complessivo a base d'asta, inclusi oneri di sicurezza, lavori e servizi, euro 10.778.475,00 (oltre I.V.A. e CNPAIA nella misura di legge).

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 30/10/2018

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Con riferimento alla risposta data al chiarimento nr. 2 del 18.10 che recita "Tutti i parametri elencati sono testati <u>quotidianamente</u> salvo i parametri richiesti in numero inferiore ai giorni feriali di un anno che saranno processati <u>all'occorrenza</u> " si chiede di chiarire : - cosa si intende con QUOTIDIANAMENTE ovvero 5, 6 o 7 giorni alla settimana? - cosa si intende con ALL'OCCORRENZA : quanti controlli si devono prevedere?	Tutti i test saranno processati 6 giorni su sette. La domenica e festivi saranno fatti i controlli e eventuali calibrazioni al pannello di urgenza (Glicemia, azotemia, creatinina, bilirubina totale, calcio, PCR, Procalcitonina, digossina, PCHE, CPK, LDH, ALT, AST, sodio, potassio, amilasi, lipasi, teofillina, ammoniemia). 1 controllo di sistema al giorno almeno su due livelli, un CQ almeno su due livelli e un livello di VEQ per tutti i test al di sopra di 200, per questo numero sarà previsto un controllo di sistema almeno su due livelli e la VEQ almeno su due livelli, su 5 giorni lavorativi.
2	Qualora venga utilizzato lo stesso reagente per il dosaggio di due parametri (p.e.Amfetamine ed Ecstasy) sullo stesso campione si chiede la possibilità di sommare i quantitativi dei test per il calcolo del numero delle confezioni offerte.	E' preferibile che questi test siano dosati con reagenti dedicati per ognuno.