

Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta euro 768.000,00 oltre IVA nella misura di legge. N. gara 7337410. Lotto n. 1 CIG 77931159EF Lotto n. 2 CIG 7793120E0E Lotto n. 3 CIG 779312415F Lotto n. 4 CIG 77931284AB.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 20/05/2019

| N. | RIF. LOTTO | QUESITO | CHIARIMENTO |
|----|------------|--|---|
| 1 | LOTTO 4 | <p>Con riferimento al lotto n. 4, si segnala quanto segue: nell'allegato 1 del Capitolato Speciale si richiede il raccordo di connessione a T con valvola antireflusso e lo si identifica con il ns codice SSS-LP-60 che, tuttavia, non ha le caratteristiche richieste e che sono invece quelle del codice SSS-LP-60-T.</p> <p>Quale dei due codici vi occorre?</p> <p>Inoltre, sempre nel Capitolato Speciale, al par. 3, pag. 7 scrivete " In tal caso l' Azienda si riserva di aggiudicare il lotto al secondo miglior offerente..." , ma non è specificato a quale caso facciate riferimento.</p> | Codice sss-LP-60-T |
| 1 | | <p>Con riferimento al Capitolato Tecnico, sezione "Assistenza Tecnica", pag 5 di 19, si chiede di confermare che per "TEMPI DI INTERVENTO (in ore solari continue dalla chiamata)" si intende il tempo di risposta alla chiamata, da parte del centro di assistenza tecnica, anche con supporto telefonico e/o informatico in modo da rispettare i tempi di risoluzione, con o senza l'utilizzo delle parti di ricambio, richiesti nel Capitolato Tecnico stesso.</p> | Si intende il tempo massimo di risposta del centro di assistenza tecnica, alla chiamata da parte del Personale AOU, attraverso contatto telefonico o informatico. |
| 1 | 1 | Al fine di formulare correttamente l' offerta economica per il lotto n. 1, si | Si conferma |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| | | chiede conferma a proposito del cambio della molecola del mezzo di contrasto almeno 1 volta al giorno in almeno una o in tutte le tre TC oggetto di gara | |
| 1 | 1 | Si richiede di voler cortesemente fornire indicazioni precise sulle quantità di prodotti da inviare a titolo di campionatura, in quanto nell' Allegato 1 non vengono riportate. | 2 campioni |