



Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi con RDO aperta sul M.E.P.A., per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 3 lotti, di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV° classe (Ebola) per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli appalti. Importo complessivo quinquennale a base d'asta € 102.550,00 inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.550,00 (oltre IVA, nella misura di legge).

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 13/06/2019

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<p>Da: CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE</p> <p>Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI LOTTI (pag. 8)</p> <p>In cima alla pagina: viene riportato l'elenco dei parametri richiesti per il Lotto 2: Azotemia, glicemia, creatinina, sodio, potassio, albumina, AST, ALT, PCR. A pag. 30 viene ripetuto l'elenco dei parametri richiesti per il Lotto 2: Pannello Profilo epatico (ALT – AST – Gamma Gt e Bilirubina Totale), renale (creatinina e elettroliti), albumina, (PCR).</p> <p>I due elenchi sono diversi.</p> <p>Inoltre non si comprende il significato della PCR tra parentesi: vuol dire che è un test facoltativo?</p>	<p>Si conferma che l'elenco riportato all'art. 4, lotto 2, pag. 8, per mero refuso, non è completo.</p> <p>L'elenco a cui fare riferimento è quello indicato nell'appendice 1, lotto 2, pagina 30.</p> <p>La parentesi è un refuso. No, non è un test facoltativo. La PCR dovrà essere compresa nel pannello.</p>
2	<p>Lotto 3: non esistono, a nostro avviso, sul mercato sistemi POCT per coagulazione che dosino, oltre al PT e al PTT, anche l'ATIII e l'XDP/D-dimero. Questi ultimi due parametri (ATIII e XDP/D-dimero) sono tipici di sistemi da laboratorio.</p>	<p>Si conferma quanto richiesto nel lotto 3.</p>
3	<p>Utilizzo di provette primarie e pediatriche: si intende anche l'uso di provette primarie e pediatriche stappate ma senza manipolazione del campione?</p>	<p>No, le provette primarie e pediatriche devono essere tassativamente tappate.</p>



4	Vano reagenti refrigerato: caratteristica tipica dei sistemi da laboratorio centrale. Nessun sistema POCT sul mercato possiede questa caratteristica.	Si conferma la caratteristica richiesta.
5	Avete la modalità start: cosa si intende per modalità start? Si intende forse modalità STAT (cioè gestione dei campioni in urgenza, tipica dei sistemi POCT)?	“Start” è un refuso. Si intende “STAT”.
6	Pag. 8, Lotto 3: nel pannello coagulazione vengono richiesti PT, PTT, ATIII e XDP, mentre a pag. 30 vengono richiesti PT, PTT, ATIII e d-dimero. Per XDP si intende il d-dimero?	Per XDP si intende il D-Dimero.
7	nel capitolato Speciale Prestazionale a pag 6 art. 2 BIS nell'ultima parte viene comunicato quanto segue: Si allega alle presenti specifiche generali, il datasheet di Halia ed il listino dei moduli Halia reso disponibile da Dedalus ecc. Dove troviamo il datasheet e il listino da Voi menzionato?	Il documento richiesto è pubblicato sull'albo pretorio del profilo del committente, sezione Bandi e Gare.