

## **QUESITO 1**

Operatore Economico: Buongiorno, al punto 7 requisiti richiedo il seguente chiarimento, ossia se la comprova è richiesta già in fase di gara o di eventuale sorteggio ad accertarne la comprova? Grazie

Stazione Appaltante: Buongiorno, tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, sino alla stipula contrattuale.

Saluti

## **QUESITO 2**

Operatore Economico: In relazione al capitolato tecnico, pag 8 punto b) del paragrafo 4.1.2, viene richiesto“ .. con modalità continua.. “. Qualunque laser ad Olmio, per caratteristiche fisiche intrinseche, non può emettere in modalità continua. Esso è un laser esclusivamente pulsato e per questa ragione si chiede di correggere qualsiasi riferimento a modalità continue.

In relazione al capitolato tecnico, pag 8 punto h) del paragrafo 4.1.2, si richiede “laser guida classe I “. Chiediamo se trattasi di refuso in quanto la classe dei laser di puntamento per i dispositivi medicali è Classe 3R.

Distinti saluti.

Stazione Appaltante: Buongiorno, si conferma che la tipologia di laser all'Olmio richiesto, lavora in modalità pulsata. Il "laser guida di classe I" è da intendersi come refuso.

Saluti