

**Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 2 lotti distinti, di letti di degenza e culle neonatali, per le esigenze di varie Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. aperta sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo complessivo a base d'asta € 209.700,00 (oltre IVA, nella misura di legge).**

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI\_10/07/2019**

riferimento	QUESITO	CHIARIMENTO
PG/2019/16805 del 02/07/2019	<p>chiediamo i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I fermamaterasso integrati devono essere regolabili per essere adattabili a tutti i materassi in uso presso le varie U.O.?</li> <li>2. La testiera e la pediera amovibili devono possedere un sistema di blocco di sicurezza?</li> <li>3. Non ritroviamo la richiesta delle posizioni di Trendelenburg ed antitrendelenburg elettrici di almeno 16°. Trattasi di refuso/dimenticanza vista la loro obbligatorietà evidenziata anche dalle norme CEI EN 60601-2-52?</li> </ol>	<p>QUESITO N.1 (fermamaterassi): non è richiesta la regolabilità come caratteristica a pena di esclusione;</p> <p>QUESITO N.2 (testiera/pediera): deve essere presente un apposito sistema di aggancio/sgancio di testiere a di pediera dagli appositi alloggi;</p> <p>QUESITO N.3 (trendelenburg): i letti, dovendo rispondere alla norma CEI 60601-2-52, devono effettuare le movimentazioni richieste (trend-antitrend) e come da normativa.</p>

<p>PG/2019/16743 del 01/07/2019</p>	<p>in riferimento al lotto n. 1 la presente per richiederVi i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) nelle caratteristiche di minime non è presente trendelenburg/controtrendelenburg è corretto?-</p> <p>2)coppia sponde laterali amovibili possiamo considerare quelle a compasso?</p> <p>3)richiesta visione del prodotto in locali messi a disposizione dall'AOU di Sassari cosa si intende?</p>	<p>QUESITO N.1 (trendelenburg): i letti, dovendo rispondere alla norma CEI 60601-2-52, devono effettuare le movimentazioni richieste (trend-antitrend) come da normativa;</p> <p>QUESITO N.2 (sponde): sì, sono ammesse anche quelle a compasso;</p> <p>QUESITO N.3 (richiesta visione del prodotto): solo la ditta vincitrice dovrà fornire campione di prodotto, presso locali da concordare, presso la AOU, per la verifica della rispondenza a quanto richiesto</p>
<p>PG/2019/17424 del 09/07/2019</p>	<p>lotto 1 segnaliamo le seguenti criticità: - L'accesso ai piani di un padiglione risulta problematico in quanto le monta lettighe sono molto strette (79,5 cm di larghezza x 213 cm di profondità). La larghezza delle porte delle stanze pazienti è 95,5 cm detta situazione è in contrasto con le dimensioni e le tolleranze da voi richieste in capitolato. Vi chiediamo volerci comunicarci come dobbiamo comportarci in sede di offerta non avendo nessun dato relativo alle quantità destinate ad ogni singolo reparto ed inoltre la quotazione che può essere caricata a sistema è soltanto una.</p>	<p>In relazione alle criticità dimensionali degli accessi di alcuni locali segnalata dal concorrente, si precisa che l'Azienda appaltante, pur dovendo destinare temporaneamente alcuni letti nei suddetti locali, ha in previsione di trasferire a breve le degenze dei reparti per le quali sono state segnalate le criticità in altri locali ed edifici dove il problema non sussiste.</p> <p>Per questo motivo l'Azienda ha inteso uniformare le caratteristiche dei letti richiesti in appalto. Conseguentemente sono confermate le caratteristiche dei letti indicate in capitolato.</p> <p>Restano a carico dell'appaltatore gli oneri di facchinaggio per la collocazione dei letti nelle stanze dei reparti, anche qualora i montacarichi-montalettighe non siano sufficientemente capienti per il loro trasporto (è cioè compreso l'eventuale trasporto degli stessi attraverso le scale dei fabbricati fino al piano e locale di installazione e il collocamento nei locali).</p>