Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale suddivisa in dodici (12) lotti distinti di dispositivi per l'U.O.C. Maxillo-Facciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso, €uro 1.373.510,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7448048. CIG vari. CUI F02268260904201900009		
CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI		
N.	**QUESITO**	**CHIARIMENTO**
1	Con riferimento al LOTTO n. 12, si chiedono i seguenti chiarimenti: a) la lunghezza di 3 cm è dell'intera punta o solo della lama (quindi della parte tagliente ?) b) si possono offrire punto monouso?	**La lunghezza di 3 cm è riferita alla lama. Si possono offrire punte monouso.**
2	Relativamente al dettaglio degli spessori richiesti al lotto 4 riferimento F e segnatamente: ***Sistema di Placche in Titanio a rigidità graduale con uno spessore di 0.6 mm e 0.8 mm*** ***- Placca ad "L" 100° a 5 fori con bar 2 mm DX*** ***- Placca ad "L" 100° a 5 fori con bar 2 mm SX*** ***- Placca ad "L" 100° a 5 fori con bar 5 mm DX*** ***- Placca ad "L" 100° a 5 fori con bar 5 mm SX*** ***- Placca ad "L" 100° a 6 fori con bar 8 mm DX*** ***- Placca ad "L" 100° a 6 fori con bar 8 mm SX*** ***- Placca ad "L" 100° a 6 fori con bar 12 mm DX*** ***- Placca ad "L" 100° a 6 fori con bar 12 mm SX*** ***- Placca a "Z" a 4 fori DX small*** ***- Placca a "Z" a 4 fori SX small*** ***- Placca a "Z" a 4 fori DX Large*** ***- Placca a "Z" a 4 fori SX Large*** Considerato che, sulla base delle conoscenze in nostro possesso, spessori di tali dimensioni sono pertinenti solo per le placche ad "L" mentre per le placche a "Z" devono essere di dimensioni maggiori, si chiede di verificare la correttezza delle dimensioni di tali spessori anche per le placche a "Z" e/o di indicare eventuali rettifiche.	**Verranno valutate offerte di placche a "Z" anche di dimensioni differenti.**

3	Considerato quanto riportato nella descrizione del Lotto 5 ovverosia: ***Sistema osteosintesi per trauma e ricostruzione mandibolare (spessori placche da 1mm, 1,25 mm, 1,5 mm e 2,0 mm),in titanio puro, con set di strumenti e relative frese; per viti a croce o croce e pin, diametro: 2,0mm 2,4mm e 2,7mm., con e senza testa filettata (lock).*** Ed in particolare quanto indicato rispetto al riferimento "AL***" "viti autofilettante ø2.9, lunghezze 8,10,12,14,16,18 mm",*** nella misura in cui, sulla base delle conoscenze in nostro possesso, tale diametro risulta discordante rispetto alla descrizione del lotto, si chiede di confermarne o meno la correttezza e/o di indicare se è prevista una tolleranza.	**Le viti autoafilettanti 2.9 sono da intendersi come sistema di sicurezza per leviti 2.7 pertanto si conferma la correttezza delle misure indicate.** **Si possono eventualmente valutare ulteriori sistemi di sicurezza equivalenti (diametri e lunghezze differenti per il sistema 2.7)**
4	Lotto 9: a) Nei sub-lotti dove viene indicata una misura specifica è possibile rispondere con misure differenti ma stesse caratteristiche tecniche? b) Per il materiale richiesto a confezione multipla è possibile offrire un prodotto in confezione singola ? c) il fabbisogno e la base d'asta fanno riferimento alla confezione o al codice singolo ?	**a) Verranno valutate le offerte di prodotti con le stesse caratteristiche e con un range di tolleranza sulle dimensioni di circa +/- 10%. Per quanto riguarda invece lo spessore delle lamine, la tolleranza ammessa è di max 0,5mm.** **b) Per il materiale richiesto in confezione multipla è possibile offrire una confezione singola** **c) Il fabbisogno e la base d'asta fanno riferimento al codice singolo**
5	Lotto 1-2-3-4-5-9 : - A completamento del materiale richiesto nei lotti 1-2-3-4-5-9, è possibile integrare, applicando la stessa % di sconto del lotto, misure e configurazioni non richieste nei sub-lotti ?	**A completamento del materiale richiesto nei lotti 1-2-3-4-5-9, è possibile integrare, applicando la stessa % di sconto del lotto, misure e configurazioni non richieste nei sub-lotti.**