

**AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREORDINATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA SUL MERCATO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI UN SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DI 1,3,B,D, GLUCANO DA DESTINARE ALLA S.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELLA A.O.U. DI SASSARI.**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rende noto che intende avviare una Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 co.2 lett b.) della legge 120/2020 e dell'art 63 DLgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, di un sistema per la determinazione di 1,3,b,d, Glucano da destinare alla s.c. Microbiologia e Virologia della A.O.U. di Sassari.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- test turbidimetrico
- semplice da eseguire, rapido (risultati entro 90 minuti)
- basato sulla reazione LAL (amebociti lisati di limulus).
- strumentazione e reagenti conformi alla marcatura CE-IVD
- sistema random access e continuous loading
- capacità di processare almeno 15 campioni per seduta analitica
- risultati espressi in pg/ml
- detection range da 6 a 2000 pg/ml
- kit in formato monotest
- standard della curva di calibrazione basato su Lentinan (B1,3 B1,6 Glucano)
- Controllo di qualità basato su LAL (amebociti estratti da Atlantic Limulus Polyphemus)

**Fornitura in service comprensiva di reagenti, noleggio triennale apparecchiature ed assistenza tecnica**

Reagenti	Fabbisogno annuale (Confez.)
Beta glucan test R1 pretrattament solution	20
Beta glucan test R2: LAL Reagent	20
LAL CONTROLL	6 conf

**Importo a base d'asta: € 119.850,00 Iva esclusa.**

La procedura verrà svolta tramite Rdo sul Mepa di Consip

Gli operatori economici interessati a partecipare, regolarmente iscritti al Mepa di Consip, dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC, all'indirizzo [servizio.acquisti@pec.aou.ss.it](mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it), utilizzando l'allegato A.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

**Il Dirigente della Struttura**  
**(Ing. Alberto Giordano)**