

ALLEGATO CRITERI DI VALUTAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	
1	CARATTERISTICHE GENERALI	29	1.1	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	SISTEMA IN GENERALE: peso massimo sostenibile in tutte le movimentazioni/posizioni/sbalzo del piano rispetto alla colonna, superiore rispetto a quanto richiesto in CT (espresso in kilogrammi)		5	
			1.2	Fornire valore richiesto.	COLONNA: Tipologia dell'acciaio di categoria qualitativa superiore a quanto richiesto nel CT (tipo acciaio AISI).	5		
			1.3	Fornire valore richiesto.	PIANO OPERATORIO / SEZIONI DEL PIANO: Tipologia dell'acciaio di categoria qualitativa superiore a quanto richiesto nel CT (tipo acciaio AISI).	5		
			1.4	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	PIANO OPERATORIO / SEZIONI DEL PIANO: finestra radiotrasparente, superiore a quanto richiesto nel CT (centimetri).		5	
			1.5	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO: verrà premiata la massima traslazione longitudinale, superiore a quanto richiesto nel CT (centimetri).		5	
			1.6	Riportare valore numerico. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più alto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	MOVIMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE DEL TAVOLO: verrà premiata il massimo range di escursione alto/basso, superiore a quanto richiesto nel CT (centimetri). NB: l'OE deve comunque considerare la minima e la massima altezza richiesta, nel CT, dal sistema.		4	
2	ACCESSORI CHIRURGICI	3	2.1	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	ACCESSORI CHIRURGICI: valutazione della fornitura di accessori aggiuntivi migliorativi , rispetto a quanto richiesto nell'apposito allegato, per le specialità di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e di NEUROCHIRURGIA. Per ogni specialità chirurgica e per ogni Blocco Operatorio considerato dall'offerta, l'OE deve indicare chiaramente e nel dettaglio il numero e la tipologia di accessori aggiuntivi forniti .	3		
3	CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI E DEI SISTEMI RIGUARDANTI LA SICUREZZA	6	3.1	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	Fornitura e relativa dettagliata descrizione della soluzione/sistema/dispositivo che, in caso di improvvisa pregiudicazione nell'utilizzo del tavolo durante un intervento chirurgico (fra cui, avaria del sistema di alimentazione principale/sistema elettrico o elettronico), permetta di concludere, almeno, l'intervento chirurgico in corso in totale sicurezza.	3		
			3.2	Max 2 facciate A4 (ammessi dépliant e schede tecniche)	Descrizione del sistema di anticollisione.	3		
4	PROVA PRATICA	21	4.1		PIANO/COLONNA: si valuteranno, fra l'altro: - movimentazioni, - forma, - qualità dei materiali, - ergonomia geometrica-costruttiva generale, - forma e tipologia della BASE DELLA COLONNA (tale anche da facilitare il posizionamento e la postura degli operatori di sala durante l'intervento chirurgico), - facilità d'uso e di movimentazione, - facilità e specifiche di sanificazione, - COMPATIBILITA' nell'utilizzo del tavolo operatorio con le apparecchiature radiologiche di sala operatoria.	5		
			4.2		SEZIONI OPERATORIE (cuscineria inclusa): si valuteranno, fra l'altro: - forma (anche in relazione alla facilità del posizionamento e della postura degli operatori di sala durante l'intervento chirurgico) - RADIOTRASPARENZA, - qualità dei materiali tecnici-costruttivi, - leggerezza, facilità e nella movimentazione (AGGANCIAMENTO/SGANCIAMENTO, ecc.), - facilità e specifiche di sanificazione.	5		
			4.3		SISTEMA DI TRASPORTO DEL TAVOLO: saranno valutati, fra gli altri parametri: - movimentazioni eseguibili sul tavolo operatorio per mezzo del sistema di trasporto (alto/basso, trend/antitrend, ecc.); - materiale costruttivo e realizzativo, ergonomia, leggerezza e sicurezza della soluzione proposta; - soluzioni di AGGANCIAMENTO al tavolo/carrello ritenute più idonee, comode e sicure; - SENSO/SENSI di inserimento possibili del carrello, rispetto ai lati del tavolo; - facilità e modalità di sanificazione; - aspetti legati alla LOGISTICA, alla ergonomia del sistema e al risparmio di SPAZIO (all'interno del blocco operatorio) per effetto dell'utilizzo di tale sistema di trasporto.	4		
			4.4		SISTEMI DI TRASPORTO E CONTENIMENTO DEGLI ACCESSORI E DELLE SEZIONI CHIRURGICHE: saranno valutati, fra gli altri parametri: - materiale costruttivo e realizzativo, - ergonomia, leggerezza e sicurezza della soluzione proposta; - aspetti legati alla LOGISTICA e alla ergonomia spaziale, per es. minimo SPAZIO OCCUPATO dai sistemi proposti (a parità di accessori/sezioni contenute), - facilità e modalità di sanificazione.	4		
			4.5		Valutazione tecnica, costruttiva e dei materiali, di sicurezza, di sanificazione, di radiotrasparenza, ecc. degli ACCESSORI CHIRURGICI.	3		
5	ASSISTENZA TECNICA	31	5.1	Fornire valore richiesto (SI/NO).	Estensione , senza costi aggiuntivi, della garanzia e dell'assistenza full risk (secondo le medesime specifiche di gara indicate nel CT) per ULTERIORI 60 (SESSANTA) MESI, rispetto a quanto richiesto nelle specifiche tecniche del CT.	25		
			5.2	Riportare valore numerico percentuale. Il punteggio massimo sarà assegnato al valore più basso offerto e linearmente decrescente agli altri concorrenti.	Valore per l' ASSISTENZA TECNICA annuale POST-GARANZIA , compreso fra il termine del contratto (inclusa eventuale estensione, qualora offerta dall'OE) e i 5 (cinque) anni successivi, non superiore al 6 (sei) % del valore economico totale dei beni forniti (accessori inclusi).		6	
	TOTALE punteggio QUALITA'	90				30	35	25
							90	
6	PREZZO	10					10	

SOGLIE DI SBARRAMENTO:

TUTTA LA TABELLA:

OGNI O.E. DOVRA' CONSEGUIRE ALMENO IL 50% DEI PUNTI TECNICI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI NELLA PRESENTE TABELLA DEI PUNTEGGI MIGLIORATIVI.

PARZIALI:

RELATIVAMENTE ALLE VOCI N.1 "CARATTERISTICHE GENERALI" E N.4 "PROVA PRATICA", PER OGNUNA DELLE VOCI ELENATE, OGNI O.E. DOVRA' CONSEGUIRE ALMENO IL 50% DEI PUNTI TECNICI DISPONIBILI.