

Rif.	LOTTO 2 - Caratteristiche Tecniche minime
D1-D2	<p><b>Lavaendoscopi automatiche</b> per la disinfezione degli endoscopi, a caricamento frontale, con porta manuale o scorrevole automatica singola/doppia, oppure a caricamento dall'alto, con porta manuale o automatica, singola/doppia;</p> <p>devono garantire l'alta disinfezione tutti i modelli e marche (anche diverse) di endoscopi in dotazione e dei loro accessori con i disinfettanti ad elevata azione germicida e sporicida, mediante cicli di lavaggio/disinfezione degli endoscopi di durata variabile (da 20 a 60 minuti), garantendo sempre l'alta disinfezione degli endoscopi e la loro <b>asciugatura interna</b>;</p> <p>devono garantire cicli di auto-disinfezione di tipo termico o chimico per la disinfezione dei filtri e dei circuiti della lavaendoscopi; devono garantire la facilità di carico degli stessi per facilitare il lavoro degli addetti al reprocessing degli endoscopi;</p> <p>devono consentire lo stoccaggio interno dei disinfettanti e un facile accesso al loro alloggiamento e ai loro connettori per agevolare il lavoro degli addetti al reprocessing degli endoscopi; devono essere dotate di tutti gli accessori standard, di tester di tenuta per tutto il lavaggio, di tutti gli adattatori per i canali di lavoro standard, i canali operativi, i canali ausiliari ed il canale dell'elevatore dei duodenoscopi, degli ecoendoscopi; devono essere dotate di un sistema di controllo e tracciabilità dell'intero processo di reprocessing mediante un software che garantisca l'acquisizione dei dati utente, ciclo e parametri dell'endoscopio in maniera elettronica o con codice a barre, assicurando una documentazione completa del ciclo di disinfezione degli endoscopi, documentabile attraverso il software dedicato (preferibilmente attraverso il sistema di refertazione/acquisizione dati) e il monitor LCD, oltre alla stampa mediante stampante dedicata.</p> <p>Dovranno essere alloggiati nella sala lavaggio del reparto, garantendo tutti gli allacciamenti necessari per il loro corretto funzionamento e integrazione con tutti i tipi di endoscopi, anche di marca diversa, in dotazione.</p>
E1	<p><b>Carrello per il trasporto degli strumenti</b> munito di appositi ripiani e contenitori per endoscopi sporchi e puliti.</p>
E2	<p><b>Armadi per l'asciugatura e lo stoccaggio asettico degli endoscopi</b>, in versione orizzontale con cassette/cestelli o in versione verticale con supporti di sicurezza, a porta singola o doppia; dotati di sistema di connessione ai canali degli endoscopi manuale o automatica; forniti di sistema di filtraggio sterile dell'aria e di trattamento germicida dell'aria per : <b>1. l'asciugatura interna dei singoli endoscopi e 2. per il mantenimento delle condizioni asettiche; dotati di sistema di controllo e tracciabilità con monitor LCD, stampante integrata e software di monitoraggio (preferibilmente collegato al sistema di refertazione/acquisizione dati) che garantisca: 1. il riconoscimento automatico degli endoscopi con controllo storico dei dati, la tracciabilità e il controllo remoto sia dell'intero processo, sia dei singoli endoscopi, 2. il riconoscimento degli endoscopi e dell'operatore mediante sistema elettronico o mediante lettore codice a barre.</b></p> <p>Gli armadi devono essere compatibili con tutti i modelli e marche (anche diverse) di endoscopi in dotazione;</p> <p>dovranno garantire il <u>mantenimento delle condizioni asettiche</u> degli endoscopi per almeno 10 giorni;</p> <p>dovranno avere una capienza tale da garantire lo stoccaggio previsto di almeno 48 videoendoscopi totali (di cui: <u>almeno n.26 presso la Endoscopia SSA e almeno 22 per il Centro Unico di Endoscopia</u>),</p> <p>assicurando la facilità di carico degli stessi per facilitare il lavoro degli addetti al reprocessing degli endoscopi;</p> <p>dovranno essere alloggiati nella sala lavaggio del reparto,</p> <p><b>garantendo tutti gli allacciamenti necessari agli impianti per il loro corretto funzionamento e integrazione con gli endoscopi in dotazione.</b></p>
E3	<p>La fornitura è da intendersi come obbligazione di risultato. Saranno quindi ricompresi tutti gli accessori dedicati al corretto funzionamento/gestione degli strumenti richiesti per tutta la durata dell'appalto e per il numero di esami indicati in tabella.</p>