

ALLEGATO 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1

		Punti max	Tipologia di punteggio
MICROTOMO ROTATIVO SEMI-AUTOMATICO	Pannello retroilluminato per la valutazione della qualità della sezione. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	6	T
	Possibilità di supportare sistema che consenta di memorizzare la posizione di sezionamento/sgrossamento di tutti i campioni e di richiamarla all'occorrenza attraverso la memorizzazione della posizione di taglio e riconoscimento del campione. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
STAMPANTE LASER PER BIOCASSETTE	Personalizzazione dell'uscita delle cassette che permetta la condivisione di un'unica stampante su 2 postazioni di campionamento. L'uscita delle cassette è gestita a software non permettendo errori in uscita. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
PROCESSATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	Sistema di identificazione univoco dei reagenti, del carico/scarico della paraffina, basato su tecnologia RFID che non permette scambio di reagenti (no barcode). Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
	Sistema di guida visivo e vocale che assiste l'operatore durante le operazioni di utilizzo dello strumento. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
	Tracciabilità dei reagenti, dei campioni e degli utenti per ogni singola processazione con possibilità di implementazione della tracciabilità dei campioni coinvolti nel ciclo di processazione con interfacciamento al gestionale. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
	Utilizzo taniche pre-riempite con 5 litri di reagente con sistema RFID per la sostituzione univoca della tanica. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
	Triplo sistema di autodiagnosi dello strumento, automatico, eseguito prima, dopo e durante ogni processazione per un check-up completo dello strumento a salvaguardia dei campioni. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
	Possibilità di impostare uno specifico reagente di sicurezza per ciascun protocollo installato e per ogni step del protocollo in caso di arresto della corrente elettrica o problema tecnico dello strumento. Verrà attribuito il punteggio alle Ditte che presenteranno la caratteristica indicata.	8	T
SERVIZI MIGLIORATIVI	Adattabilità al laboratorio; sarà valutata migliore l'offerta che garantisca un ottimale inserimento delle nuove apparecchiature, rispetto alla disposizione attuale dei laboratori Verrà valutata, sulla scorta di quanto riportato dal concorrente in apposito fascicolo esplicativo, la qualità generale in relazione alle caratteristiche sopra indicate.	10	D
TOTALE PUNTEGGI		80	

TABELLARI	70
DISCREZIONALI	10
QUALITATIVI	0