

Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura quinquennale di sistemi di immobilizzazione da destinare alle sale gessi delle S.C. di traumatologia e ortopedia dei presidi ospedalieri Santissima Annunziata di Sassari e Marino di Alghero e alla S.C. Pronto Soccorso (PS) ed osservazione breve intensiva (OBI) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Importo quinquennale a base di gara € 3.358.710,00 oltre IVA nella misura di Legge. CUI: F02268260904202200184. N. Gara 9076209. CIG vari. Gara sopra soglia comunitaria.

### CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	14	Con riferimento al lotto nr. 14 riportato nell'allegato relativo alla campionatura, chiediamo se dovrà essere inviato un solo pezzo per l'intero lotto o un pezzo per ogni singola voce compresa nel medesimo lotto.	1 pezzo per ogni voce (segmento)
2	4 - 6 - 7	In merito ai lotti 4-6 e 7, il prezzo della base d'asta è a confezione o al pezzo?	Il prezzo è al pezzo
3	1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	In merito alla Vostra richiesta di campionatura, per i lotti: 1-4-5-6-7-8, è richiesto l'invio di "N.RO 1 PEZZO", 1 pezzo per ogni misura?	1 pezzo per ogni misura
4	TUTTI	Con le attuali basi d'asta risulta molto difficile presentare offerta, sarebbe possibile rivedere tali importi?	Si conferma la base d'asta indicata nel disciplinare di gara
5	15	In riferimento ai dispositivi richiesti per il Lotto n. 15 siamo a chiedere che cosa si intende con la specifica "a memoria di forma" indicata nel Bando di gara.	Per memoria di forma si intende: un nucleo in alluminio corrugato modellabile
6	14 - 15	Riguardo alla campionatura di n.ro 1 pezzo richiesto per ciascun lotto, nel caso dei Lotti n. 14 e 15 che riguardano più segmenti (avambraccio, gomito, gambale, palmare caviglia.....), il segmento da campionare sarà a nostra scelta?	1 pezzo per ogni voce (segmento)