

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in lotti distinti, di sistemi analitici diagnostici per analisi microbiologiche necessari alle UU.OO di Microbiologia ed Igiene dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto n° 1 CIG 7134816C69- Lotto n° 2 CIG 713482108D

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in lotti distinti, di sistemi analitici diagnostici per analisi microbiologiche necessari alle UU.OO di Microbiologia ed Igiene dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

LOTTO 1 "Sistemi di analisi per identificazione e antibiogrammi"

Voce 1. Sistema analitico per l'identificazione di batteri e miceti mediante spettrometria di massa, tecnica MALDI-Tof necessario per un numero di esami stimato in 16.000 l'anno, comprendente:

locazione della strumentazione, servizio di assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa.

Relativi reagenti, controlli ed eventuali materiali di consumo per l'esecuzione delle procedure diagnostiche in parola, sia per l'estrazione da colonie fungine, batteriche o da colture liquide. Software dedicato alla Microbiologia e collegamento bidirezionale con l'host del Laboratorio

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI DELLO SPETTROMETRO

Strumento nuovo di fabbrica e di ultima generazione per eseguire la spettrometria di massa con tecnica MALDI-Tof in grado di identificare batteri e miceti da colonie e da terreni di coltura liquidi (emocolture, brodo).

Marcatura CE-IVD di strumento, reattivi e database (relazionare)

Integrazione dei risultati dell'identificazione col MALDI e l'antibiogramma in un unico software informatico

Data base aperto alla introduzione di nuovi spettri

CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI DELLO SPETTROMETRO

Completezza del database

Possibilità di inserimento di più piastrine contemporaneamente

Possibilità di avere piastrine monouso

Calibrazione interna di ogni piastrina

Semplicità e rapidità d'uso ed apprendimento del sistema

Voce 2- Sistema analitico automatico per l'identificazione biochimica di batteri e miceti e l'esecuzione di antibiogrammi necessario per un numero di esami stimato in n° 2000 identificazioni/anno, inclusi aerobi, anaerobi e lieviti e n° 14.000 antibiogrammi/anno e con sistema informatico per la rilevazione delle infezioni ospedaliere in tempo reale.

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI DEL SISTEMA

Strumentazione

Sistema/i automatico/i nuovo/i di fabbrica di ultima generazione, compreso di materiale necessario alla preparazione degli inoculi batterici e strumenti (almeno 4) per la misurazione della torbidità (standard mac Farland)

Il sistema deve consentire l'esecuzione di almeno 100 determinazioni analitiche giornaliere con un unico o al massimo 2 strumenti

Lo strumento deve essere in grado di eseguire le identificazioni batteriche e gli antibiogrammi in tempo rapido, entro 8-14 ore per i batteri, nonché identificazione di lieviti e lettura dell'antimicogramma in 24 ore.

Identificazione dei campioni mediante codici a barre in uso in Laboratorio.

Espressione dell'antibiogramma in MIC quantitativi con un minimo di 12 antibiotici.

Sistema Esperto avanzato in grado di applicare le regole di interpretazione della sensibilità agli antibiotici pubblicate nei documenti EUCAST o CLSI. Il sistema esperto deve poter essere facilmente aggiornato al più recente documento rilasciato dai citati organismi internazionali.

Fornitura dei ceppi di riferimento ATCC previsti per il controllo di qualità interno dei singoli pannelli proposti.

Sistema informatico

Sistema Gestionale completo per Microbiologia che coordini tutte le strumentazioni previste nel presente capitolato, collegato bi-direzionalmente al LIS del laboratorio. Il software fornito deve consentire di programmare Maldi-Tof, riceverne il dato dell'identificazione, applicare le regole del sistema esperto e poi trasmettere il risultato completo e validato (CMI e interpretazione) al LIS. Le relative spese saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Unica interfaccia software per tutte le strumentazioni offerte

Integrazione con il LIS per l'acquisizione delle richieste e l'invio dei risultati dei pazienti.

Funzionamento anche in totale autonomia dal LIS, con la possibilità di gestire liste e flussi di lavoro con particolare riferimento alle seguenti procedure: accettazione e generazione autonoma di identificativi in formato etichetta barcodata, liste di lavoro e lo studio dell'epidemiologia.

Sistema di rilevazione e monitoraggio dei microrganismi "alert" in tempo reale delle infezioni nuove e dei batteri multiresistenti compreso di analisi epidemiologico delle infezioni e delle resistenze batteriche. permettendo quindi immediate azioni correttive ed una rapida e continua valutazione della loro efficacia, mediante la stampa automatica di schede di segnalazione. Il sistema deve permettere di eliminare i pazienti e i germi "duplicati" con parametri personalizzabili e di gestire i dati come tipo di infezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI DEL SISTEMA

Strumentazione in automazione integrale che, dopo la sospensione delle colonie, gestisca autonomamente tutte le altre tappe (distribuzione dell'inoculo, sigillatura, caricamento, lettura, interpretazione ed espulsione dei pannelli) in modo da ridurre al minimo la manipolazione del materiale infetto e la possibilità di errori di trascrizione.

Possibilità di collegarsi agli strumenti automatici per emocoltura situato anche distanti dal laboratorio di Microbiologia.

Volume e peso ridotti dei pannelli

Possibilità di esecuzione di identificazione e antibiogramma in pannelli separati



Possibilità di identificare germi difficili (anaerobi, *Corynebacterium*, *Campylobacter*, *Shigella*, Streptococchi alfa emolitici, *Streptococcus pneumoniae*, emofili, Neisserie)

Segnalazione mediante allarmi dell' aumento delle resistenze, aumento di MIC, picchi epidemici o cluster epidemici

Voce 3: sistema per l'identificazione ed antibiogramma, per 5.000 test, per Micoplasmi Urogenitali composto da:

terreno liquido per il trasporto/mantenimento dei Micoplasmi urogenitali (*Ureaplasma urealyticum* e *M. hominis*) da campioni clinici

sistema per l'identificazione, la valutazione quantitativa indicativa della carica microbica

sistema per l'esecuzione dei test di sensibilità ai principali antibiotici utilizzati per il trattamento delle infezioni da Micoplasmi urogenitali

N.B. le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 68 del DLGS 50/2016 in particolare co. 7. Qualora la descrizione di taluno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dall'espressione "o equivalente".

Lotto n° 2 "Sistema analitico per l'esecuzione di test di sensibilità in MIC per batteri esigenti e miceti.

Sistema analitico per l'esecuzione di test di sensibilità in MIC per batteri esigenti e miceti con microdiluizione in brodo in semiautomazione (2.000/anno) comprendente:

Strumento automatico per inoculazione delle piastre per antibiogramma mediante diluizione in brodo.

Lettore delle concentrazioni minime inibenti (CMI) delle micropiastre interfacciabile

Relativi reagenti, controlli e materiale di consumo per l'effettuazione delle determinazioni suddette

Sistema informatico con collegamento bidirezionale della stessa con l'host computer del Laboratorio.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL SISTEMA

Strumentazione nuova di fabbrica:

Dispensazione automatica dei pannelli e standardizzazione dell'inoculo batterico

Lettore automatico dei pannelli con possibilità di intervento, lettura, interpretazione e correzione manuale da parte dell'operatore.

Ogni pozzetto deve contenere concentrazioni reali dell'antibiotico in studio e le diluizioni sulla micropiastra devono comprendere i breakpoint di resistenza e di sensibilità definiti dall'EUCAST e/o CLSI.

Sistema esperto in grado di verificare le interpretazioni degli antibiogrammi da refertare con possibilità di allarme per risultati anomali o imprevisti.

Interfacciamento bidirezionale del lettore dei pannelli con il sistema operativo del Laboratorio

Sono richiesti pannelli specifici per germi "fastidiosi" (bacilli gram negativi multiresistenti fermentanti e non, bacilli gram-positivi aerobi , streptococchi , emofili, anaerobi) e miceti



E' richiesta la fornitura dei terreni di riferimento necessari per l'esecuzione dei test richiesti

CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI DEL SISTEMA

Disponibilità del maggior numero di antibiotici con diluizioni vicine al cut-off epidemiologico (ecoff) EUCAST

Nessuna necessità di aggiungere reattivi nelle fasi precedenti e successive all'incubazione dei pannelli, ne test supplementari da eseguire

L'analisi deve essere eseguita in micropiastra monouso, usualmente una piastra per ceppo batterico.

Pannelli con una scelta di antibiotici di recente introduzione e realmente personalizzabili secondo le indicazioni dell'utilizzatore

Possibilità di consentire il prelievo dell'inoculo per la determinazione su richiesta della Concentrazione Minima Battericida

E' auspicabile che i pannelli per i test di suscettibilità dei miceti contengano le ultime echinocandine utilizzate in clinica

Flessibilità programmabile nei tempi di incubazione e di lettura dei pannelli

Reagenti con data di scadenza di almeno 12 mesi

N.B. le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 68 del DLGS 50/2016 in particolare co. 7. Qualora la descrizione di taluno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dall'espressione "o equivalente".

Per entrambi i lotti richiesti si precisa che:

Tutte le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e possedere attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI, elencare eventuali certificazioni aggiuntive possedute.

E' inoltre richiesta bibliografia recente e aggiornata del sistema offerto.

Tutte le componenti della fornitura (apparecchiature, eventuali reagenti, materiali di consumo) devono essere disponibili sul mercato al momento di presentazione dell'offerta, **pena l'esclusione dell'offerta stessa dalla valutazione.**

Il mancato possesso delle caratteristiche minime indicate nel presente Capitolato comporterà l'esclusione della Ditta dalla procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni collaterali:

Addestramento del personale qualificato del Laboratorio all'uso delle strumentazioni, in ragione di almeno quattro persone, ed addestramento annuale per i necessari aggiornamenti tecnici o per turn-over del personale, in ragione di due persone;

Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione, di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione (ivi compresi software) **redatti in lingua italiana;**

Servizio di Assistenza Tecnica, per tutta la durata del contratto, che dovrà comprendere:



manutenzione ordinaria e straordinaria, con sostituzione di tutte le parti di ricambio a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo;

Taratura annuale dei sistemi;

Intervento entro le 24 ore solari, in risposta alle chiamate per assistenza tecnica d'urgenza, anche se effettuate solo telefonicamente, e risoluzione del guasto entro le 36 ore (a tal fine il sabato deve essere considerato come giornata lavorativa);

Aggiornamento o nuovi release di programma;

Interventi e necessaria assistenza nell'eventualità che i sistemi installati, per esigenze organizzative del laboratorio, debbano essere spostati di sede.

PER ENTRAMBI I LOTTI:

Collaudo – Responsabilità per vizi non rilevati in fase di collaudo

Eseguite perfettamente le obbligazioni inerenti la consegna in opera delle forniture perfettamente funzionanti, verranno eseguite congiuntamente dall'aggiudicatario e dal personale dell'Azienda o da questa incaricato (esperti in ingegneria clinica, incaricati delle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici dei locali ad uso medico ecc.) le prove di accettazione della fornitura che dovranno accertare che l'intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che essa sia conforme alle indicazioni previste nel presente Capitolato Tecnico e in offerta accettata. In tale sede si procederà altresì alla verifica di rispondenza delle capacità prestazionali delle apparecchiature a quelle dichiarate in sede di offerta. L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza a tempo pieno di un tecnico esperto per tutto il tempo previsto per le prove di collaudo. Procedura di collaudo: scaricabile dal sito internet www.aousassari.it; Servizi sanitari "Produzione e Qualità" Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni occulti che non siano emersi al momento della verifica, ma vengono in seguito accertati.

Subappalto – Avvalimento

Si applica all'appalto in oggetto:

- l'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 "Subappalto"
- l'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 "Avvalimento"

Fatturazione e pagamenti – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture.

Le modalità di emissione delle fatture potranno essere concordate con l'aggiudicatario.

Le fatture relative ai canoni dovranno essere emesse dopo il collaudo positivo delle apparecchiature .

Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari è il seguente:

Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 02268260904

Codice IPA: UFBW7M



L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell'Azienda.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione appaltante.

Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), il provvedimento di aggiudicazione di questa A.O.U. e il periodo di riferimento dei canoni e della fornitura.

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli obblighi previsti in altre parti della documentazione di gara, sono a carico dell'appaltatore i seguenti obblighi:

- l'appaltatore con la firma del contratto si assumerà, oltre all'obbligazione di risultato, la responsabilità per tutti i danni a persone, sia terzi (incluso il personale dell'A.O.U.) che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo, in ogni caso, sollevata l'Amministrazione dell'Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità;
- l'appaltatore risponderà totalmente con esclusività della sicurezza di quanto fornito, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Amministrazione appaltante e suoi dipendenti e incaricati;
- l'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili;
- l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

La violazione degli obblighi di cui sopra costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore, inoltre, gli oneri ed obblighi seguenti:

- L'obbligo di allacciarsi agli impianti, sotto la propria esclusiva responsabilità, dopo aver effettuato le verifiche necessarie atte ad evitare ogni evento negativo e solo dopo esplicita autorizzazione del Servizio Tecnico di questa Azienda;
- L'obbligo di non danneggiare, nell'espletamento dell'appalto, strutture, opere, impianti ed altri beni esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni o sostituzioni di eventuali beni danneggiati. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a provvedere a tutte le operazioni di pulizia, rimozione trasporto e smaltimento degli imballaggi dopo l'esecuzione dell'appalto; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge;
- La fedele esecuzione del progetto offerto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura, i correlati servizi risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto conseguente all'offerta accettata ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d'arte;



- L'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell'appalto, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa di suoi subappaltatori e/o ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo a persone (sia terzi che dipendenti della A.O.U.) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
- Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi bene, materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessari;
- L'idonea protezione di quanto fornito a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;
- La consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed installazione dell'apparecchiatura completamente e perfettamente funzionante di cui al presente appalto con le integrazioni di cui all'offerta tecnica dell'aggiudicatario franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di destinazione;
- I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;
- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l'incolumità del personale a qualunque titolo impiegato nell'appalto e di terzi. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Azienda, in modo chiaro ed evidente tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo dei beni offerti;
- Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale, quante volte occorra;
- Tutte le spese inerenti il collaudo escluso il compenso professionale degli addetti al collaudo designati dall'Azienda e che operano per essa;
- L'obbligo di formare il personale dipendente dell'Azienda al corretto uso dell'attrezzatura

In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare l'appalto eseguito a regola d'arte e per consentire il corretto ed ottimale uso delle apparecchiature, senza che la Stazione appaltante debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.

Penali – Risoluzione del contratto – Recesso

PENALI

Oltre ai casi specifici individuati in altre parti della documentazione di gara, sono sanzionabili con l'irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell'evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall'Appaltatore, chiunque sia l'autore materiale dell'evento (incluso quindi l'operato di subappaltatori, soggetti di cui l'appaltatore si sia avvalso ecc).

Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo:

- a) il caso di ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature inefficienti o guaste;
- b) ritardi nel ripristino della corretta funzionalità delle apparecchiature;
- c) il caso di ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose;
- d) il caso di ritardo nella consegna di materiale di consumo;
- e) ritardo o incompletezza o scarsa qualità dei servizi di formazione;
- f) ritardo nella stipulazione del contratto per causa imputabile all'appaltatore;
- g) ritardi, qualunque essi siano, relativi alla manutenzione.

La gravità dell'evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):

- 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio;
- 3) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;



- 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

Nell'applicazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali verrà applicata la normativa vigente.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all'Aggiudicatario con nota scritta trasmessa a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mani proprie dell'Aggiudicatario; l'Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire all'Azienda, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano ritenute valide o giustificative dell'evento (accertamento di non responsabilità dell'Appaltatore), l'Azienda potrà procedere all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l'Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.

Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti della documentazione di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

A) DI DIRITTO:

- in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d'appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto;
- in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l'appaltatore si sia avvalso;
- in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall'appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l'appaltatore si sia avvalso;
- in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d'appalto;
- in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell'appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l'oggetto dell'appalto

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:

- in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigente);
- negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente.

In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l'Azienda:

- potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell'Affidatario;
- procederà all'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.



A.O.U. Sassari

DIRITTO DI RECESSO



Il diritto di recesso è regolato dal C.C.

L'Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.