

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 07/09/2018			
N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Capitolato Tecnico Prestazionale	<p>Il Capitolato Tecnico Prestazionale a pag. 7 punto e) riporta "il termine per la fornitura e messa in servizio delle apparecchiature di cui all'art. 1.2.b) sub i) - complete di ogni accessorio hardware e software indispensabile al corretto e pieno funzionamento, previsto negli allegati del capitolato e nell'eventuale offerta migliorativa dell'appaltatore - è fissato in 80 (ottanta) giorni solari consecutivi per il primo angiografo e 120 (centoventi) giorni solari consecutivi per il secondo angiografo".</p> <p>Si chiede, gentilmente, di precisare a partire da quale data decorreranno gli 80 giorni previsti per eseguire la fornitura.</p>	<p>Gli 80 giorni per l'installazione del primo Angiografo e i 120 giorni per il secondo Angiografo, indicati all'art. 2 lettera e) del Capitolato Tecnico Prestazionale, decorrono dalla data di consegna dei lavori, con apposito verbale, di cui alla lettera b) del medesimo Art. 2.</p>
2	Documentazione di gara	<p>Dalla documentazione di gara non si evince se l'operatore economico debba provvedere, in caso di aggiudicazione, alla disinstallazione ed allo smaltimento degli angiografi attualmente in uso.</p> <p>Si chiede, gentilmente, di chiarire se debba essere a carico dell'operatore economico (in caso di aggiudicazione) la disinstallazione e lo smaltimento dello stesso e dove viene riportato il valore associato a tale servizio.</p>	<p>Negli elaborati G4 e G5 è chiaramente riportato nella voce P.018 che lo smontaggio (disinstallazione), trasporto e smaltimento dei due angiografi esistenti è a completo carico dell'appaltatore</p>
3	Capitolato Tecnico Prestazionale	<p>Il capitolato tecnico prestazionale a pag 5 all'art. 1.2.a) punto ii) riporta: "omissis.... Messa a disposizione di tutor di comprovata esperienza, di gradimento del Direttore dell'U.O., per la formazione del personale impiegato nel Laboratorio di Emodinamica allo svolgimento di procedure cliniche innovative e/o all'utilizzo di materiali innovativi di impianto di TAVI e per gli interventi strutturali DIA, DIV e PFO. La disponibilità del personale tecnico specializzato e del Tutor dovrà essere garantita per un minimo di due procedure giornaliere e per un periodo di tempo di 180 giorniomissis".</p> <p>Al fine di quantificare correttamente il servizio di tutor chiediamo venga precisato il numero di sedute richieste all'interno dei 180 giorni previsti.</p>	<p>RETTIFICA:</p> <p>La risposta al presente quesito comporta una integrazione al capitolato tecnico, per il quale si stà provvedendo alla relativa rettifica; anche in ragione della necessità di tener conto di ulteriori integrazioni e/o modifiche (vedasi chiarimenti nn. 5 – 6 – 7 – 9)</p>

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 07/09/2018			
N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
4	Disciplinare di gara	<p>In relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (art. 18.1 del disciplinare di gara) all'interno delle note presenti a pag. 31 viene riportato "(1) Per valutare l'ampiezza di gamma, sarà attribuito il massimo del punteggio al concorrente che, per i soli prodotti contrassegnati con l'asterisco (*) nell'Allegato A 1, avrà fornito complessivamente il maggior numero di dispositivi diversi, valore ottenuto sommando (per tutto l'allegato A1 e con riferimento ai soli prodotti contrassegnati con l'asterisco), il numero di prodotti diversi garantito dall'offerente. (2) Il parametro qualitativo sarà valutato con riferimento relativo alla qualità media complessiva tra tutti i prodotti offerti." Chiediamo venga chiarito se anche il parametro qualitativo sarà valutato esclusivamente sui prodotti contrassegnati con l'asterisco (*) o se per l'attribuzione dello stesso saranno valutati tutti i prodotti proposti.</p> <p>Se per l'attribuzione del parametro qualitativo saranno valutati tutti i prodotti proposti si metterebbero tutti i componenti della procedura sullo stesso piano, senza alcuna differenza come ad esempio tra "adattatore a Y (Tway-Borst)" e "catetere a palloncino di varia lunghezza e diametro... .</p>	<p>Il parametro qualitativo verrà valutato su tutti i prodotti offerti. Nella valutazione si terrà conto della qualità media in base alle caratteristiche peculiari dei singoli prodotti offerti.</p>
5	Allegato A1	<p>Relativamente all'allegato A1 "Specifica custom pack per emodinamica" (pag 6) siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>"Tampone con manico cm 23": si intende tampone per disinfezione cutanea? In caso affermativo, in base alle nostre conoscenze" si fa presente che la misura totale del tampone è insolitamente lunga, si richiede pertanto di poter presentare proposta con misura standard circa 15 cm.</p> <p>"Rubinetti luer lock una via con valvola". Per cortesia chiediamo di specificare cosa si intende per valvola.</p> <p>Relativamente alla teleria paziente ed accessoria chiediamo se possa essere ammessa una tolleranza di dimensioni/misure rispetto a quanto previsto nell'allegato ed in caso affermativo si prega di indicare la tolleranza in +e/o-.</p>	<p>RETTIFICA:</p> <p>La risposta al presente quesito comporta una variazione sostanziale al capitolato tecnico, per il quale si stà provvedendo alla relativa rettifica.</p>

Procedura aperta per la fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella misura di legge)

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 07/09/2018

N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
6	Allegato A2	Preghiamo di chiarire, relativamente al servizio di assistenza tecnica proposto, quali siano le tempistiche da garantire in relazione agli interventi di manutenzione correttiva, in quanto nell'allegato A2 "Specifiche minime della gestione del servizio proposto e dell'assistenza tecnica" (pag. 13) e nel Capitolato tecnico prestazionale "art. 11.2 Manutenzione su guasto" (pag. 16 e 17) vengono riportate tempistiche differenti.	RETTIFICA: La risposta al presente quesito comporta una variazione sostanziale al capitolato tecnico, per il quale si stà provvedendo alla relativa rettifica.
7	Allegato A1	Nell'allegato "A1 - Elenco quantitativi annui kit procedurali, distinti per prestazioni 3 e relativa quantità e costo unitario" a pagina 6 viene riportato "...omissis ogni procedura offerta deve essere comprensiva del materiale di consumo, e di quant'altro si renda necessario per il regolare svolgimento delle procedure cliniche previste e deve tenere conto delle varie configurazioni e misure necessarie dei singoli materiali. L'offerta a pena di esclusione deve comprendere tutti i parametri richiesti" segnaliamo che nell'allegato "A3- Dispositivi di uso saltuario che seppur non di utilizzo routinario possono essere indispensabili nella effettuazione delle procedure" è prevista la voce "2) Sonde OCT" che, per quanto di nostra conoscenza, risulta essere unico prodotto sul mercato e che per l'utilizzo delle stesse è necessario la relativa apparecchiatura. Quanto sopra potrebbe mettere in difficoltà l'operatore economico che non sia in grado di presentare tale prodotto. Si prega di chiarire.	RETTIFICA: La risposta al presente quesito comporta una variazione sostanziale al capitolato tecnico, per il quale si stà provvedendo alla relativa rettifica.
8	Disciplinare di gara	Nel disciplinare di gara art. 16 "contenuto della busta B offerta tecnica" viene indicato omissis....Sono inoltre consentiti, in apposito allegato separato, schede tecniche di prodotto e schemi grafici....omissis. Chiediamo gentilmente di chiarire cosa si intende per "schemi grafici".	Per schemi grafici si intendono elaborati con disegni di progetto di parti di interesse, ovvero raffigurazioni sotto forma di disegni esplicativi di parti di apparecchiature, impianti, ecc..

Procedura aperta per la fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella misura di legge)

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 07/09/2018

N.	RIFERIMENTO	QUESITO	CHIARIMENTO
9	Disciplinare di gara	<p>Nel disciplinare di gara art. 16 "contenuto della busta B offerta tecnica" viene indicato ...omissis....nel documento denominato "Fascicolo 1", che sarà costituito da Max 10 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt....omissis.</p> <p>Si fa presente che vista la mole di prodotti, per poter rispettare tale parametro potrebbe essere necessario sintetizzare eccessivamente i dati limitando le informazioni utili ai fini della valutazione. Pertanto chiediamo la possibilità che vengano ampliate il numero di pagine previste.</p>	<p>RETTIFICA:</p> <p>La risposta al presente quesito comporta una variazione sostanziale al disciplinare, per il quale si stà provvedendo alla relativa rettifica.</p>
10	Allegato A1	<p>Chiediamo Vostra conferma che non possano essere offerti in nessuna forma gli STENT all'interno delle procedure previste dalla documentazione di gara anche se necessari per il regolare svolgimento della procedura clinica prevista stante la Vostra delibera di indizione n. 428 del 06.06.2018.</p> <p>Quanto sopra viene richiesto in base a quanto riportato nell'allegato ALLEGATO AI "Elenco quantitativi annui kit procedurali, distinti per prestazioni e relativa quantità e costo unitario" nella nota a pagina 6 viene riportato Ogni procedura offerta deve essere comprensiva del materiale di consumo, e di quant'altro si renda necessario per il regolare svolgimento delle procedure cliniche previste e deve tenere conto delle varie configurazioni e misure necessarie dei singoli materiali".</p> <p>Ci permettiamo inoltre di segnalare che l'assenza di STENT nei kit per procedura n. 4 e kit per procedura n. 5 non permette di usufruire dell'agevolazione dell'IVA del 4%.</p>	<p>Si conferma che nei KIT procedurali sono presenti tutti i dispositivi ad eccezione degli Stent</p>
11	Allegato A1	<p>nel Kit per Procedura n. 6: ANGIOPLASTICA CAROTIDEA, è riportata la seguente categoria "Cateteri-guida per PTA 3,5 F". Chiediamo gentilmente di confermare che la misura 3,5 si riferisce al diametro in millimetri del lume interno del catetere e non al frenchiaggio dello stesso. In caso di conferma, si chiede di precisare gentilmente il frenchiaggio del catetere richiesto.</p>	<p>La dizione Cateteri – Guida per PTA 3,5 F si riferisce al tipo di curvatura (in particolare 3,5 "femoral-right"). Il frenchiaggio dei cateteri può essere compreso tra 6 e 8 French.</p>

Si procede alla pubblicazione del file zip contenente gli elaborati grafici in formato editabile (dwg) posti a base di gara.

