

**Procedura aperta per l'affidamento della fornitura biennale, suddivisa in ventitre lotti distinti, di materiale in tnt, teli ed indumenti CND T02, per le esigenze delle Strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo a base d'asta nel biennio € 1.162.400,00 oltre IVA nella misura di legge.**

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 24/10/2018**

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	LOTTO 2	Viene richiesto materiale impermeabile e traspirante all'aria; si fa presente che le due caratteristiche non possono coesistere, pertanto chiediamo chiarezza sul materiale da utilizzare.	<p>Nella dicitura "Kit chirurgico monouso sterile per cardiocirurgia, in TNT impermeabile" è da intendersi TNT idrorepellente.</p> <p>Nella dicitura "n° 1 telo monopaziente a T in TNT misura cm 200/300x350" si precisa che il telo in TNT è triaccoppiato</p> <p>Laddove il TNT sia indicato come "TNT triaccoppiato" è da intendersi che lo strato di base sia impermeabile e i soprastanti siano assorbenti</p>
2	LOTTO 2	Le due sacche trasparenti da applicare al telo monopaziente a T devono essere ad uno o a due scomparti?	Ogni sacca deve essere a scomparto unico
3	LOTTO 2	Si richiedono dimensioni del telo a T per copertura genitali.	Le dimensioni sono cm 18x40 circa
4	LOTTO 2	Come salvietta assorbente è possibile offrire un prodotto, sempre idoneo all'asciugatura delle mani, di dimensioni 40x40cm; dal momento che le dimensioni descritte in gara 18x25cm sono tipiche di un articolo con formato a C?	Si precisa che la forma delle salviette deve essere della misura 18x25 cm circa di forma rettangolare.
5	LOTTO 8	Si chiede di indicare la dimensione del foro del telo e di ampliare con maggiori caratteristiche la descrizione del lotto.	La dimensione del foro è cm 16x40 circa. Il foro è a forma di U in posizione esterna sul lato lungo. Il telo è biaccoppiato con uno strato assorbente e uno impermeabile ai liquidi. I bordi adesivi servono per adattare la sacca alla forma del cranio del paziente.
6	LOTTO 11	Le taglie dei camici riportate sono	Le misure relative alle taglie dei camici

		inusuali in quanto ogni camice ha una sua misura di riferimento: M oppure L oppure XL; si chiede quindi se debbano essere offerti camici nelle tre misure.	possono essere M, L ed XL oppure come indicato
7	LOTTO 12	Si chiede se il camice richiesto sia un DPI e in tal caso di specificare la relativa categoria, altrimenti si chiede se sia possibile offrire un DM e quindi un camice chirurgico avvolgente con rinforzi interni sul davanti e sulle maniche.	Il DM è un DPI di 3° categoria. Non sono ammessi altri DM.
8	LOTTO 15	E' possibile offrire un camice con polsino elastico invece di un posino di cotone elasticizzato?	I polsini devono essere in cotone elasticizzato morbido e confortevole
9	LOTTO 19	Viene segnalato un cappellino chirurgico STERILE; dal momento che negli altri lotti sono richiesti cappellini non sterili si tratta di refuso?	Si tratta di un refuso: i cappellini a scafandro non sono sterili
10	LOTTO 21	Nel caso in cui si voglia offrire un lenzuolo già tagliato ed imbustato singolarmente (al posto di un rotolo pretagliato) si chiede di indicare le dimensioni dello stesso. Inoltre si fa presente che la destinazione d'uso di tale articolo non è indicata per l'utilizzo in sala operatoria durante le procedure d'intervento e pertanto il prodotto non entrerà a contatto con dispositivi elettrici quali ad esempio elettrobisturi, dunque si chiede se la caratteristica della "non conducibilità elettrica" sia necessaria.	Il lenzuolino può avere come dimensione massima cm 140x140. Si accetteranno DM proposti aventi dimensioni inferiori fino al 15% in meno. Si conferma che il DM debba essere non conducibile.