

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura biennale, suddivisa in ventitre lotti distinti, di materiale in tnt, teli ed indumenti CND T02, per le esigenze delle Strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo a base d'asta nel biennio € 1.162.400,00 oltre IVA nella misura di legge.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 30/10/2018

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
PG/2018/22117 DEL 29/10/2018	LOTTO 2	Descrivete che il telo deve essere corredato da 2 sacche trasparenti 100x100; ma il telo che voi indicate ha le tasche profonde massimo 40cm e lunghe 100cm a due scomparti (tasche come da Voi descritte andrebbero a contaminare la sterilità della copertura in quanto arriverebbero al pavimento). Si chiede di confermare se la descrizione 100x100 è un refuso.	Le dimensioni delle sacche sono 40x40 cm ca e sono previste n° 2 sacche più una tasca portastrumenti con lato adesivo cm 33x38 ca.
PG/2018/22251 DEL 30/10/2018	LOTTO 2	Indicate 1 telo avvolgente per il tavolo madre con alzata in TNT triaccoppiato mis. 290x330, si chiede se trattasi di un telo unico (misure eccessive, le bobine sono alte al massimo 2 mt) oppure di due teli pertanto si chiedono le specifiche dei due teli.	La misura 290x330 cm è un refuso. Le dimensioni sono 200x330 cm circa in un unico telo.
	LOTTO 8	Non viene indicato la misura del foro e se volete l'incisione film oppure no.	La dimensione del foro è cm 16x40 circa. Il foro è a forma di U in posizione esterna sul lato lungo.
PG/2018/22261 DEL 30/10/2018		La conformità alla norma UNI EN 13795 è riferita solo ai teli?	La conformità è richiesta anche per i camici (cfr pagina 5 del CSP)
PG/2018/22276 DEL 30/10/2018	LOTTO 21	Si chiede di specificare la lunghezza dell'articolo richiesto.	Il lenzuolino può avere come dimensione massima cm 140x140. Si accetteranno DM proposti aventi dimensioni inferiori fino al 15% in meno.