



**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura quadriennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, e connessi lavori e servizi, per la Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari". CPV 33696500-0. Importo complessivo a base d'asta, inclusi oneri di sicurezza, lavori e servizi, euro 10.778.475,00 (oltre I.V.A. e CNPAIA nella misura di legge).**

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 13/11/2018**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO															
1	<p>Con riferimento ai chiarimenti ai quesiti tecnici del 09/11/2018, in particolare ai quesiti n° 1 e n ° 25, circa le modalità di compilazione della colonna "Quantità Annuale" del Vostro schema di offerta Tabella. Le risposte ai due quesiti portano a due modalità di calcolo e compilazione diverse. A titolo esemplificativo segue un esempio.</p> <p>Ipotizzando i consumi di un test X sulla base delle regole dettate dalla documentazione di gara, pari a:</p> <table border="0"> <tr> <td>Quantità annua test richiesti</td> <td align="right">1500</td> </tr> <tr> <td>Test per controllo</td> <td align="right">1248</td> </tr> <tr> <td>Test per calibrazione</td> <td align="right">50</td> </tr> </table> <p>Di seguito le due possibili risposte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Risposta secondo chiarimento 1</th> <th>Risposta secondo chiarimento 25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calibratori Test x</td> <td align="center">2798</td> <td align="center">50</td> </tr> <tr> <td>Controlli Test x</td> <td align="center">2798</td> <td align="center">1248</td> </tr> </tbody> </table>	Quantità annua test richiesti	1500	Test per controllo	1248	Test per calibrazione	50		Risposta secondo chiarimento 1	Risposta secondo chiarimento 25	Calibratori Test x	2798	50	Controlli Test x	2798	1248	<p><b>Si rettifica il chiarimento tecnico n. 1 del 09/11/2018, precisando che si dovrà tenere conto del chiarimento tecnico n. 25 del 09/11/2018.</b></p>
Quantità annua test richiesti	1500																
Test per controllo	1248																
Test per calibrazione	50																
	Risposta secondo chiarimento 1	Risposta secondo chiarimento 25															
Calibratori Test x	2798	50															
Controlli Test x	2798	1248															