



Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della Fornitura annuale – suddivisa in trentanove lotti distinti - di dispositivi per uso uro-ginecologico CND U, per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nelle more dell'aggiudicazione della gara a valenza regionale. Importo a base d'asta € 327.820,00, (oltre IVA nella misura di legge)

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI del 28/11/2018

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<p>1) In riferimento al lotto 1 "Cateteri punta nelaton 1 via in PVC siliconato" e n. 8 "Cateteri punta nelaton 3 vie in PVC siliconato", si chiede di chiarire se il prodotto dovrà essere in PVC o in lattice siliconato, stante che non sembra esistere sul mercato un catetere nelaton realizzato con entrambi i materiali;</p> <p>2) In riferimento al lotto 29 "Cateteri per isterosalpingografia", si chiede di chiarire se è preferibile un iniettore morbido o rigido. Il diametro richiesto è di 5, 6 o 7 french. Il catetere è con o senza palloncino;</p> <p>3) In riferimento al lotto 30 "Catetere per isterografia", si chiede di chiarire se il catetere è con o senza palloncino;</p> <p>4) In riferimento al lotto 39 "Dispositivo tipo kiwi", si chiede di chiarire "Kiw" è con indicatore di trazione o no.</p>	<p>1) Si consideri un refuso l'espressione "PVC siliconato", si deve intendere "PVC trasparente", sia per il lotto 1 che per il lotto 8;</p> <p>2) I cateteri per isterosalpingografia (lotto 29) sono con iniettore morbido, diametro 5 french e con palloncino;</p> <p>3) I cateteri per sono sonoisterografia (lotto 30) sono senza palloncino;</p> <p>4) Il dispositivo tipo kiwi (lotto 39) è con indicatore di trazione.</p>

