

Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta euro 768.000,00 oltre IVA nella misura di legge. N. gara 7337410. Lotto n. 1 CIG 77931159EF Lotto n. 2 CIG 7793120E0E Lotto n. 3 CIG 779312415F Lotto n. 4 CIG 77931284AB.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI DEL 03/04/2019

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	LOTTO 1	Confermare se il volume medio di mdc per paziente è pari a 100mL	Si conferma che il volume medio di mdc prevedibile per ogni paziente si aggira sui 100 ml
2	LOTTO 1	Confermare se il volume del flacone di mdc usato è da 500mL	Il sistema deve essere compatibile con l'impiego di flaconi compresi fra 50 ml e 500 ml
3	LOTTO 1	Dichiarare operatività H12 o H24	L'operatività deve essere H24
4	LOTTO 4	E' necessario un deflussore con valvola a Y o con una valvola semplice?	Per il lotto 4 si intende richiedere una linea di estensione singola con valvola unidirezionale e connettori luer-lock