

CHIARIMENTI

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.1 viene richiesta la compatibilità con teste di telecamera in HDTV e videoendoscopi rigidi e flessibili. Si richiede di poter offrire una centralina telecamera compatibile con teste di telecamera e videoendoscopi flessibili eliminando la dicitura Videoendoscopi rigidi.

STAZIONE APPALTANTE: **Trattasi di refuso. La dicitura "videoendoscopi rigidi e flessibili" è da intendersi come "videoendoscopi flessibili".**

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.1 viene richiesta la presenza di una lampada ausiliaria ad inserimento automatico. Si richiede, per il principio di equivalenza, di poter offrire una seconda fonte luce come lampada ausiliaria.

STAZIONE APPALTANTE: **Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.**

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.2 viene richiesta una testa di telecamera con almeno 3 pulsanti. Si richiede, per il principio di equivalenza, di poter offrire una testa di telecamera con 2 pulsanti a doppia funzione per ciascun pulsante, per un totale effettivo di 4 funzioni così come richiesto anche al punto 4.2.3.

STAZIONE APPALTANTE: **Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.**

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.2 si richiede di specificare nel dettaglio che cosa si intende per adattatore universale EyePiece incorporato e eventualmente, di potere escludere tale dicitura nella richiesta nel caso individuasse un preciso fornitore.

STAZIONE APPALTANTE: Per adattatore EyePiece si intende un adattatore standard con passo a "C" compatibile con tutte le ottiche delle principali Aziende presenti sul mercato.

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.3 si richiede di poter eliminare il parametro di peso massimo della testa di telecamera a pendolino in modo da poter permettere la partecipazione di più aziende.

STAZIONE APPALTANTE: Al fine di permettere la partecipazione di più Aziende concorrenti, si accetterà, come minimo, un valore superiore del 10% rispetto a quanto indicato nel CT.

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.7 viene richiesto un Videocistoscopio con 4 tasti programmabili. Si richiede, per il principio di equivalenza, di poter offrire un videocistoscopio con 2 pulsanti a doppia funzione per ciascun pulsante, per un totale effettivo di 4 funzioni come richiesto dal capitolato

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, relativamente agli strumenti flessibili richiesti nei punti 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 si richiede, per il principio di equivalenza, di poter offrire strumenti con misure leggermente differenti da quelle indicate nel capitolato, ma che non modifichino la destinazione d'uso e la funzione degli stessi. Sempre per gli stessi strumenti si richiede la possibilità di offrire strumenti flessibili senza la presenza della leva di bloccaggio dell'angolazione e di specificare se gli strumenti debbano essere offerti con deflessione logica o illogica.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con

qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, ai punti 4.2.7 e 4.2.9 viene richiesta la compatibilità con videoprocessori e fonti luce Olympus. Tale richiesta evidenzia un solo operatore economico anche definito nel capitolato. Si richiede di eliminare tale voce di richiesta.

STAZIONE APPALTANTE: Viene chiesta nel CT la compatibilità con processori e fonti luce Olympus di un video ureteroscopio e di un video cistoscopio. In base al principio di equivalenza tale compatibilità non sarà considerata come caratteristica minima e il concorrente potrà presentare un'offerta di due videoendoscopi con pari caratteristiche e compatibili con i prodotti offerti per il lotto specifico.

OPERATORE ECONOMICO: Relativamente all'Articolo 4 (Caratteristiche dei Lotti), del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 4.2.9 viene richiesta la funzione di rotazione tramite ghiera della sonda di inserimento, caratteristica che individua un solo operatore economico. Si richiede di poter eliminare tale dicitura.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

RICHIESTA CHIARIMENTI (PER IL LOTTO N. 1)

OPERATORE ECONOMICO: AL PUNTO 4-1-3: Si richiede di poter valutare gli allarmi di "malfunzionamento" del morcellatore essendo incluso in questo allarme i motivi che ne determinano il surriscaldamento dello stesso.

STAZIONE APPALTANTE: I criteri di valutazione sono riportati all'art. 18 del disciplinare di gara e non sono modificabili.

OPERATORE ECONOMICO: -AL PUNTO 4-1-4: Pompa aspirazione. Il nostro sistema è dotato di morcellatore integrato nel laser che, a nostro parere può essere un elemento migliorativo. Vi chiediamo pertanto la possibilità di poter comunque partecipare. 6 PUNTO:"Completo di carrello dedicato...". È chiaro che il nostro morcellatore essendo integrato nel laser non ha un carrello dedicato, ma integrato nel carrello laser.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza

determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: -Dotazione di frese: non avendo le frese monouso, si richiede la possibilità di poter dotare il sistema di frese riutilizzabili per il numero totale di procedure annuali da Voi richieste.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

RICHIEDA CHIARIMENTI (PER IL LOTTO N. 3)

OPERATORE ECONOMICO: Il disco rotante e' una tecnologia che identifica una sola ditta. Si chiede pertanto di inserire opzione del flussometro a cella di carico (trasfusione di peso).

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: La valutazione della fuga e il relativo marker LPP non può essere inserito automaticamente poiché in caso di artefatto il software non può discriminare automaticamente quella che e' una reale perdita di urina o un artefatto dovuto a contatto del flussometro da parte del paziente, perdita involontaria dal lume Di riempimento per questo il market LPP e' inserito manualmente dall'operatore avendo a disposizione tale marker.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le

apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: Anche se di natura opzionale, si chiede la correlazione, analizzando tutte le pubblicazioni e linee guida ICS 2016 (ultime pubblicate), tra sistema di Urodinamica e manometria anorettale. Partendo dal presupposto che la manometria anorettale viene eseguita a 16,32 o 64 canali ad alta risoluzione, l'esame Urodinamica e' un esame che prevede al massimo il coinvolgimento di 2 canali alla volta (pves, pabd) o (pves e pura) al massimo nell'uretrocistomanometria (pves, pura e pabd). Non esiste in letteratura correlazione tra Urodinamica e manometria anorettale che non viene oltretutto eseguita in quel modo.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: L'analisi pressione / flusso e' uno degli esami standard quindi esame di base Urodinamico. Non è opzionale ma fondamentale. Si chiede cosa sia il programma offline DX - CLIM.

STAZIONE APPALTANTE: Il programma DX CLIM è un software per lo studio e analisi del rapporto pressione/flusso. Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: Non può essere discriminante e quindi essere considerata premiante l'opzione di collegamento anche via cavo. In fase di certificazione lo strumento viene sottoposto a prove di comunicazione in radiofrequenza quindi lo sviluppo del tipo di comunicazione (bluetooth, radiofrequenza) deve essere preso in comunicazione poiché esistono trasmissioni wireless molto più stabili dello stesso collegamento via cavo.

STAZIONE APPALTANTE: La presenza di cavo non è richiesta come caratteristica minima.

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede di ammettere anche altre opzioni di refertazioni poiché esistono software che eseguono la refertazione sul software stesso e creazione di PDF in modo che sia caricabile anche su software regionali

unici di refertazione.

STAZIONE APPALTANTE: Le caratteristiche richieste, per tutti i lotti, sono quelle minime secondo le necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti o servizi messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche di livello almeno pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della Stazione Appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale di appalto. L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

OPERATORE ECONOMICO: Si chiede cosa si intende per trasduttore di peso.

STAZIONE APPALTANTE: Si intende come Trasduttore di peso un sensore che riporti i dati rilevati per l'esecuzione di esami uroflussometrici