

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 2 lotti, di barelle e sedie a rotelle, per le esigenze di varie Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. aperta sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo complessivo a base d'asta € 84.250,00 (oltre IVA, nella misura di legge).

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEL 08/07/2019

riferimento	QUESITO AMMINISTRATIVO	CHIARIMENTO
Prot.n. PG/2019/17106 del 04/07/2019	Si richiede di indicare le coordinate per effettuare il pagamento bollo con F23.	<p>Sez. Dati Anagrafici, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Comune: Sassari, viale San Pietro 10 (SS) - Codice fiscale:02268260904</p> <p>Sez. Dati del versamento, al punto "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice TWN</p> <p>Sez. Dati del versamento, al punto "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo al lotto a cui il concorrente partecipa</p> <p>Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T</p> <p>Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo</p> <p>Sez. Dati del versamento, al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00)</p>

riferimento	QUESITI TECNICI	CHIARIMENTO
Prot.n.PG/2019/17099 del 04/07/2019	Si chiede, in relazione al lotto 2, se quanto indicato nelle specifiche tecniche "fiancate fisse e braccioli imbottiti" possa essere compensato con la fornitura di braccioli fissi ribaltabili.	<i>Quanto indicato nelle specifiche tecniche "fiancate fisse e braccioli imbottiti" non può essere compensato con la fornitura di braccioli fissi ribaltabili.</i>
Prot. n. Pg/2019/17196 del 05/07/2019	In riferimento alle specifiche tecniche viene richiesto: - attacco porta monitor. Si intende che la barella deve essere equipaggiata con porta monitor o basta la predisposizione ad un eventuale accessorio porta monitor non compreso in offerta?	<i>Per attacco porta monitor si intende qualsiasi struttura sia in grado di supportare un monitor</i>