



Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202000155 – CUP H81B16000430001

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI n. 2

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	In riferimento ai lotti nn. 1 e 2 e all'art. 3 del Capitolato Speciale Prestazionale, si chiede di precisare se l'interfacciamento sia da intendersi come singolo interfacciamento o come doppio collegamento Emonet/DNLab.	L'Art. 3 è riferito all'intero appalto, pertanto le modalità di interfacciamento bidirezionale riguardano entrambe i lotti 1 e 2 ed i due Sistemi LIS Emonet e DNLab.
2	In riferimento all'art. 3 del Capitolato Speciale Prestazionale, si chiede di precisare se il sistema middleware debba essere offerto solo per il lotto n. 1 o anche per il lotto n. 2.	L'Art. 3 è riferito all'intero appalto, pertanto il Middleware dovrà essere offerto per entrambe i lotti 1 e 2.
3	In riferimento al Capitolato tecnico, punto 13, pagina 5, si chiede di confermare che i reagenti e i prodotti debbano essere conformi alle Direttive indicate solo laddove applicabili.	i reagenti e i prodotti devono essere conformi alle Direttive indicate al Capitolato tecnico, punto 13, pagina 5.
4	In riferimento a quanto richiesto nel al punto 19), pagina 15 del Capitolato Speciale Prestazionale "Fornitura di Schede di sicurezza sia macchina che analitiche" si chiede di confermare che in riferimento a tale punto debbano essere presentate le schede di sicurezza dei reagenti, calibratori e controlli che si offrono.	Si conferma che in riferimento a tale punto debbano essere presentate le schede di sicurezza dei reagenti, calibratori, controlli che si offrono.