



**VERBALE N. 1**  
**SEDUTA PUBBLICA DEL 26/06/2019**  
**Apertura BUSTA VIRTUALE "A" - "Documentazione Amministrativa".**

**Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi con RDO aperta sul M.E.P.A., per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 3 lotti, di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV° classe (Ebola) per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli appalti. Importo complessivo quinquennale a base d'asta € 102.550,00 inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.550,00 (oltre IVA, nella misura di legge).**

**PREMESSO**

- che con **Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 06/03/2019**, veniva autorizzata la Procedura negoziata in oggetto, per un importo complessivo, a base d'asta, di € 102.550, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Tecnico e allegati annessi), con pubblicazione dell'Avviso, sul profilo del committente - [www.aousassari.it](http://www.aousassari.it) sezione Albo Pretorio/Avvisi e comunicazioni e Bandi e Gare, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 25/06/2019 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 26/06/2019, ore 10:00, con apertura buste sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**RICHIAMATO**

L'art. 17 del Disciplinare di gara, secondo cui la prima fase delle operazioni di gara, concernente l'apertura della "BUSTA VIRTUALE "A" – Documentazione Amministrativa, è svolta dal Seggio di Gara, in seduta pubblica, per tramite del Punto Ordinante o suo delegato, al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **26 (ventisei)** del mese di **Giugno**, in Sassari, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, è presente, in qualità di punto istruttore delegato, la Sigg:

- **Dott. ssa Simona Cocco**, assistente amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Punto Istruttore ME.PA., quale delegato all'apertura della Busta Amministrativa dalla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, Punto Ordinante della procedura sul MEPA, nonché Responsabile del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;

**IL PUNTO ISTRUTTORE DELEGATO**

- alle **ore 13:30** di oggi **26 Giugno 2019**, dichiara aperta la Seduta Pubblica;
- accerta che sono pervenute - entro i termini e secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara – le seguenti offerte per la partecipazione alla gara in oggetto:

SC



#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	A. DE MORI S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3	25/06/2019 09:40:48
2	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	20/06/2019 17:14:30

### IL PUNTO ISTRUTTORE DELEGATO

1. procede all'apertura della BUSTA VIRTUALE "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della A. DE MORI s.p.a., rilevando che risultano caricati i seguenti documenti: domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative al DGUE, patto d'integrità, PASSOE, garanzia provvisoria e dichiarazione d'impegno fideiussore, dichiarazione di riduzione del 50% con allegata con certificazione ISO 9001:2015, dichiarazione di diniego accesso agli atti, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio, componenti consiglio di amministrazione, dichiarazione art. 80;
2. procede all'apertura della BUSTA VIRTUALE "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della HORIBA ABX S.A.S, rilevando che risultano caricati n. i seguenti documenti: domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative al DGUE, patto d'integrità, PASSOE, polizza fidejussoria provvisoria e dichiarazione d'impegno fideiussore per lotto 1 e per lotto 2, certificazione ISO 9001:2015;
3. procede, pertanto, alla stampa ed all'esame della documentazione amministrativa della A. DE MORI s.p.a., facendo presente quanto segue:  
in esito allo scrutinio della stessa, verificato che tutta la documentazione risulta firmata digitalmente, dall'amministratore delegato, De Mori Antonio, dispone l'ammissione dell'operatore A. DE MORI. s.p.a. alle successive fasi della procedura di gara, rilevando, tuttavia, che:  
-nel DGUE allegato, parte II (Informazioni sull'operatore economico), sezione D (Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'o.e. non fa affidamento), l'o.e. dichiara che non intende subappaltare parte del contratto a terzi, ma, contestualmente, dichiara che *"informiamo che l'assistenza tecnica in loco verrà eseguita da Alessandro Mura con sede a Monastir SS 131 KM 18,750 che agisce in nome e per conto della ns Azienda con incarico contrattualmente conferito, previo ns accertamento di idoneità. Le prestazioni dei subaffidatari non si configurano come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 in quanto l'importo della attività dagli stessi svolta non supera il 2% dell'appalto principale. Ci riserviamo peraltro in caso di aggiudicazione di fornire tutti i documenti che vi fossero necessari"*.  
Tale notazione sarà oggetto, in un successivo momento, di verifica da parte della stazione appaltante.
4. procede, successivamente, alla stampa ed all'esame della documentazione amministrativa BUSTA VIRTUALE "A", della HORIBA ABX S.A.S., e, in esito allo scrutinio della stessa, dispone l'ammissione dell'operatore alle successive fasi della procedura di gara;

### IL PUNTO ISTRUTTORE DELEGATO

alle ore 15:10 di oggi 26 Giugno 2019, dichiara chiusa la seduta pubblica odierna, dando atto che la Stazione Appaltante, procederà ai controlli di rito in ordine agli esiti delle attività svolte in sede di scrutinio della



documentazione amministrativa, restando inteso che potranno essere disposti, se del caso, ulteriori accertamenti e/o verifiche.

Il presente verbale, composto da **n. 3 (tre) pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dal Punto istruttore delegato.

Dott. ssa Simona Cocco – punto istruttore delegato Simona Cocco

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento.

Dott. ssa Teresa Ivana Falco: Teresa Falco



**VERBALE N. 2**  
**SEDUTA PUBBLICA DEL 04.12.2019**  
**Apertura busta virtuale B – Offerta Tecnica**

**Oggetto:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi con RDO aperta sul M.E.P.A., per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 3 lotti, di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV° classe (Ebola) per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli appalti. Importo complessivo quinquennale a base d'asta € 102.550,00 inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.550,00 (oltre IVA, nella misura di legge).

**PREMESSO**

- che con **Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 06/03/2019**, veniva autorizzata la Procedura negoziata in oggetto, per un importo complessivo, a base d'asta, di € 102.550, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Tecnico e allegati annessi), con pubblicazione dell'Avviso, sul profilo del committente - [www.aousassari.it](http://www.aousassari.it) sezione Albo Pretorio/Avvisi e comunicazioni e Bandi e Gare, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 25/06/2019 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 26/06/2019, ore 10:00, con apertura buste sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).
- che presentavano offerta, entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte, i seguenti operatori economici, per i lotti di seguito indicati:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	A. DE MORI S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3	25/06/2019 09:40:48
2	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	20/06/2019 17:14:30

- che in data 26.06.2019 si teneva la Seduta pubblica per l'apertura della BUSTA VIRTUALE "A" - "Documentazione Amministrativa", come risulta dal Verbale n. 1 in pari data;
- che con Determinazione n. 904 del 30.10.2019, si disponeva l'ammissione degli operatori economici concorrenti alle successive fasi della procedura di gara;
- che con Deliberazione n. 916 del 21.11.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con nota Prot. PG/2019/27732 del 26.11.2019 è stata convocata la Commissione giudicatrice per la Seduta pubblica per l'apertura delle Busta B contenenti l'offerta tecnica, per il giorno 04.12.2019, ore 10:00;
- che della medesima seduta pubblica è stato dato avviso agli Operatori Economici ammessi attraverso apposita comunicazione sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** il giorno **04 (quattro)** del mese di **Dicembre**, in Sassari, nella Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, sono presenti, quali componenti della Commissione Giudicatrice, previamente abilitata ed accreditata sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per la procedura di gara in oggetto:

- **Dott. ssa Giovanna Nieddu**, dirigente medico SC Patologia Clinica, nominato in qualità di Presidente;
- **Dott. ssa Elena Rimini**, dirigente biologo SC Patologia Clinica, nominato in qualità di componente;
- **Ing. Marco Spissu**, ingegnere clinico c/o ATS Sardegna – ASSL Cagliari, nominato in qualità di componente;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla **Dott.ssa Simona Cocco** – collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;

E' altresì presente, quale uditore, il sig.:

-Lai Mario, in rappresentanza dell'operatore economico Horiba ABX s.a.s.;

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

- alle **ore 10:30 di oggi 04 Dicembre 2019**, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma MEPA e selezionato la procedura di gara in oggetto attraverso il "Cruscotto", procede all'apertura, lotto per lotto, a partire dal lotto n. 1 e fino al lotto n. 3, delle "BUSTE VIRTUALI B" (Buste Tecniche) presentate dagli operatori economici ammessi con Determina Dirigenziale n. 904 del 30/10/2019 (A DE MORI spa e HORIBA ABX sas);
- congiuntamente agli altri commissari, accerta, lotto per lotto, la presenza della documentazione tecnica contenuta nelle Buste Tecniche, caricata a sistema da ciascun operatore economico, come richiesto dal Disciplinare di Gara all'art. 14, con conseguente ammissione degli operatori economici alle successive fasi della procedura di gara.

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

- alle **ore 12:15 di oggi 04 Dicembre 2019**, dichiara chiusa la seduta pubblica, dando atto che i lavori della Commissione Giudicatrice proseguiranno in seduta riservata, nella giornata odierna, per la valutazione delle offerte tecniche.

Il presente verbale, composto da **n. 2 pagine**, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Dott. ssa Giovanna Nieddu	
Dott. ssa Elena Rimini	
Ing. Marco Spissu	
<b>Il segretario verbalizzante</b> Dott.ssa Simona Cocco	



VERBALE N. 1  
SEDUTA RISERVATA DEL 04.12.2019  
Valutazione OFFERTE TECNICHE

**Oggetto:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi con RDO aperta sul M.E.P.A., per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 3 lotti, di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV° classe (Ebola) per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli appalti. Importo complessivo quinquennale a base d'asta € 102.550,00 inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.550,00 (oltre IVA, nella misura di legge).

L'anno 2019 (*duemila diciannove*) il giorno 04 (*quattro*) del mese di Dicembre, in Sassari, nella "sala riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 916 del 21/11/2019, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche pervenute, così costituita

- **Dott. ssa Giovanna Nieddu**, dirigente medico SC Patologia Clinica, nominato in qualità di Presidente;
- **Dott. ssa Elena Rimini**, dirigente biologo SC Patologia Clinica, nominato in qualità di componente;
- **Ing. Marco Spissu**, ingegnere clinico c/o ATS Sardegna – ASSL Cagliari, nominato in qualità di componente;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla **Dott.ssa Simona Cocco** – collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**PREMESSO**

- che in data 4/12/2019, dalle ore 10:30 alle ore 12:15, come da verbale n. 2 in pari data, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per l'apertura delle Buste virtuali B "documentazione tecnica" presentata dagli operatori economici A DE MORI spa e HORIBA ABX sas, ammessi con Determina dirigenziale n. 904 del 30/10/2019;
- che, a seguito del positivo riscontro documentale, gli operatori economici venivano ammessi alla fase successiva di disamina e valutazione delle offerte tecniche;
- che nella seduta pubblica di data odierna (04/12/2019) si dava atto che i lavori della Commissione, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, sarebbero proseguiti nella medesima data, in seduta riservata;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Commissione, alle ore 12.16, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei criteri di aggiudicazione della gara, stabiliti dall'art. 16 del Disciplinare di gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione di cui all'art. 16.1 e secondo le modalità previste dal disciplinare.

**STABILITO QUANTO SOPRA**

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici A DE MORI spa e HORIBA ABX sas, con riferimento al Lotto 1.

La Commissione riscontra la mancata rispondenza di quanto offerto da entrambi gli Operatori Economici ammessi rispetto a quanto specificamente richiesto nel Capitolato Tecnico.



In relazione all'Operatore Economico A. De Mori, riscontra la mancata rispondenza dell'offerta presentata dal concorrente in merito ai seguenti requisiti minimi

1. "Vano reagenti refrigerato"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con:

"Lotto 1 – Ematologia, iCon NON dispone di un vano reagenti refrigerato. (tutti i reagenti utilizzati lavorano a temperatura ambiente)"

Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 4), si riscontra l'assenza di tale specifica.

2. "La fornitura deve essere comprensiva di: postazioni hardware necessarie per il collegamento in rete, la validazione e la refertazione dislocata in altro ambiente rispetto a quelli in cui sono installati i POCT".

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"Lotto 1 – Ematologia, confermiamo solo il collegamento con il LIS di laboratorio".

riscontrando l'assenza della postazione hardware, in quanto viene garantito esclusivamente il collegamento dell'apparecchiatura al sistema LIS del laboratorio Analisi.

In relazione all'Operatore Economico Horiba ABX, riscontra la mancata rispondenza dell'offerta presentata dal concorrente in merito ai seguenti requisiti minimi

1. "Vano reagenti refrigerato"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"L'esame emocromocitometrico deve essere eseguito necessariamente a temperatura ambiente, come da linea guida, e pertanto i reagenti e le parti interne dello strumento sono a temperatura ambiente."

Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 4), mancando, da parte del concorrente la conferma sul possesso del requisito nella Relazione Tecnica e non avendo la Commissione avuto evidenza del possesso di tale specifica nella restante documentazione presentata dal Concorrente, si riscontra l'assenza di tale specifica.

Pertanto, con riferimento al Lotto 1, la Commissione non ammette entrambi gli O.E. alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica.

I lavori sono stati sospesi dalle ore 14:10 alle ore 15:10 per la pausa pranzo.

Alle ore 16:10 il presidente dichiara chiusa la seduta e la aggiorna a data da stabilirsi per la prosecuzione della valutazione delle offerte tecniche relative ai restanti Lotti.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Dott. ssa Giovanna Nieddu - Presidente	
Dott. ssa Elena Rimini - Componente	
Ing. Marco Spissu - Componente	
Dott.ssa Simona Cocco - Segretario verbalizzante	



VERBALE N. 2  
SEDUTA RISERVATA DEL 28.01.2020  
Valutazione OFFERTE TECNICHE

**Oggetto:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi con RDO aperta sul M.E.P.A., per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 3 lotti, di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV° classe (Ebola) per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli appalti. Importo complessivo quinquennale a base d'asta € 102.550,00 inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.550,00 (oltre IVA, nella misura di legge).

L'anno 2020 (*duemilaventi*) il giorno 28 (*ventotto*) del mese di Gennaio, in Sassari, nella "sala riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con Deliberazione n. 916 del 21/11/2019, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche pervenute, così costituita

- **Dott. ssa Giovanna Nieddu**, dirigente medico SC Patologia Clinica, nominato in qualità di Presidente;
- **Dott. ssa Elena Rimini**, dirigente biologo SC Patologia Clinica, nominato in qualità di componente;
- **Ing. Marco Spissu**, ingegnere clinico c/o ATS Sardegna – ASSL Cagliari, nominato in qualità di componente;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla **Dott.ssa Simona Cocco** – collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**PREMESSO**

- che in data 4/12/2019, dalle ore 10:30 alle ore 12:15, come da verbale n. 1 di pari data, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per l'apertura delle Buste virtuali B "documentazione tecnica" presentata dagli operatori economici A DE MORI spa e HORIBA ABX sas, ammessi con Determina dirigenziale n. 904 del 30/10/2019;
- che, a seguito del positivo riscontro documentale, gli operatori economici venivano ammessi alla fase successiva di disamina e valutazione delle offerte tecniche;
- che nella seduta pubblica del 04/12/2019 si dava atto che i lavori della Commissione, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, sarebbero proseguiti nella medesima data, in seduta riservata;
- che, nella seduta riservata tenutasi in data 04/12/2019, come risulta da verbale n. 1 in pari data, la Commissione procedeva – con riferimento al Lotto 1 all'esclusione di entrambi gli O.E., per carenze di requisiti minimi richiesti nel Capitolato;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Commissione, alle ore 10.00, procede - con riferimento al Lotto 2 ed al Lotto 3 - all'esame e la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE. A. De Mori e Horiba ABX.

Con riferimento al Lotto 2, la Commissione riscontra la mancata rispondenza di quanto offerto da entrambi gli operatori economici ammessi rispetto a quanto specificamente richiesto nel Capitolato Tecnico.

In relazione all'Operatore Economico A. De Mori, riscontra la mancata rispondenza dell'offerta presentata dal concorrente in merito ai seguenti requisiti minimi

*Handwritten signatures in blue ink:*  
A. De Mori  
Horiba ABX  
Simona Cocco



1. "Vano reagenti refrigerato"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"Lotto 2 – Chimica Clinica, Piccolo Xpress NON dispone di un vano reagenti refrigerato)"

Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 4), si riscontra l'assenza di tale specifica.

2. "La fornitura deve essere comprensiva di: postazioni hardware necessarie per il collegamento in rete, la validazione e la refertazione dislocata in altro ambiente rispetto a quelli in cui sono installati i POCT".

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"Lotto 2 – Chimica Clinica, confermiamo solo il collegamento con il LIS di laboratorio".

riscontrando l'assenza della postazione hardware, in quanto viene garantito esclusivamente il collegamento dell'apparecchiatura al sistema LIS del laboratorio Analisi.

In relazione all'Operatore Economico Horiba ABX, riscontra la mancata rispondenza dell'offerta presentata dal concorrente in merito ai seguenti requisiti minimi

1. "Utilizzo di provette primarie e pediatriche"

dalla documentazione presentata dal Concorrente, si riporta

"È sufficiente posizionare il filtro plasma sul campione e premere START" (Scheda tecnica analizzatore)

"Togliere il tappo e posizionare la provetta sulla rastrelliera dei campioni per il filtro PF dell'analizzatore designato" (scheda tecnica "plasma filter")

Da tali diciture, la Commissione ha evinto che l'apparecchiatura utilizzi si provette primarie, ma che debbano essere **aperte**. Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 3), si riscontra l'assenza di tale specifica.

2. "Vano reagenti refrigerato"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"L'analizzatore utilizza slide a chimica secca e pertanto non necessita di vano refrigerato per i reagenti"

Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 4), si riscontra l'assenza di tale specifica.

Con riferimento al Lotto 3, la Commissione riscontra la mancata rispondenza di quanto offerto dall'unico operatore partecipante e ammesso A. De Mori, rispetto a quanto specificamente richiesto nel Capitolato Tecnico.

In relazione all'offerta presentata dal concorrente, si riscontra la mancata rispondenza in merito ai seguenti requisiti minimi

1. "Dovranno essere garantite tutte le tipologie di test richiesti"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"I test eseguibili sono il PT e PTT, nel pannello richiesto non sono disponibili i parametro ATIII e XDP"

Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 2), si riscontra l'assenza di tale specifica.

2. "Utilizzo di provette primarie e pediatriche" e "Sistemi chiusi, ... omissis"

Dalla documentazione presentata dal Concorrente, si riporta



"Lotto 3 – Coagulazione, qLabs lavora tramite l'utilizzo di provette primarie in Sodio Citrato trattate con il reagente recalcitrante" (relazione rispondenza requisiti minimi)

"Prelevare un campione di sangue dal polpastrello" e "Prelevare campioni di sangue intero venoso fresco" (pag. 10 del manuale d'uso)

Nel manuale d'uso, sono riportate entrambe le modalità di prelievo del campione che dev'essere depositato sulla striscia reattiva dello strumento: in entrambe le modalità si opera con un sistema di tipo "aperto" che potrebbe porre a rischio l'operatore. Da tali diciture, la Commissione ha evinto che con l'apparecchiatura si possa utilizzare un campione da provetta primaria, ma che anche in questo caso non sia rispettato il requisito "sistema chiuso". Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 3), si riscontra l'assenza di tale specifica.

3. "Vano reagenti refrigerato"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"Lotto 3 – Coagulazione, qLabs NON dispone di un vano reagenti refrigerato. (tutti i reagenti utilizzati lavorano a temperatura ambiente"

Considerando la conferma anche in sede di chiarimenti pubblicati in data 13/06/2019 (chiarimento 4), si rappresenta l'assenza di tale specifica.

4. "La fornitura deve essere comprensiva di: postazioni hardware necessarie per il collegamento in rete, la validazione e la refertazione dislocata in altro ambiente rispetto a quelli in cui sono installati i POCT".

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"Lotto 3 – Coagulazione, confermiamo solo il collegamento con il LIS di laboratorio",

riscontrando l'assenza della postazione hardware, in quanto viene garantito esclusivamente il collegamento dell'apparecchiatura al sistema LIS del laboratorio Analisi.

5. "Gli strumenti devono essere dotati di un gruppo di continuità che assicurino una stabilità superiore ai 15"

A tale requisito, infatti, il concorrente risponde con

"Lotto 3 – Coagulazione, strumento NON dotato di un gruppo di continuità la macchina può essere collegata alla rete elettrica dell'Ospedale, lo strumento è dotato di una batteria al Litio ricaricabile."

riscontrando l'assenza del gruppo di continuità.

Pertanto, con riferimento al Lotto 3, la Commissione non ammette l'O.E. A. De Mori alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica.

Alle ore 14:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Dott. ssa Giovanna Nieddu - Presidente	
Dott. ssa Elena Rimini - Componente	
Ing. Marco Spissu - Componente	
Dott.ssa Simona Cocco - Segretario verbalizzante	