

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI PER ESIGENZE DELLA S.C. CARDIOLOGIA CLINICA ED INTERVENTISTICA DELL'A.O.U. DI SASSARI- CIG [8667730512]

CARATTERISTICHE MINIME

1. Dispositivo classificato secondo la direttiva CE/93/42 e ss.mm.ii.;
2. Dispositivo medico di classe IIb;
3. Sistema costituito da un bustino indossabile, un monitor defibrillatore, un modem per trasmissione dati e una cintura con elettrodi asciutti per ECG;
4. Possibilità di memorizzare i dati ECG per un tempo minimo di 60 minuti;
5. Dotato di allarmi visivi e/o sonori;
6. Dispositivo bifasico esterno con onda bifasica troncata esponenziale;
7. Possibilità di erogare livelli di energia da 75 ad almeno 150 joule;
8. Dalla rilevazione dell'anomalia alla defibrillazione devono intercorrere non più di 60 s;
9. Deve erogare fino a non meno di 5 shock per evento rilevato;
10. Conforme ai protocolli di rianimazione delle ultime e aggiornate linee guida AHA/ERC;
11. Dotato di software aggiornabile ed ampiamente configurabile con particolare riferimento ai protocolli di defibrillazione e monitoraggio;
12. Corredo degli accessori necessari per il suo corretto utilizzo e funzionamento regolare:
 - a) Cavetteria;
 - b) Batterie ricaricabili;
 - c) Caricabatteria;
 - d) Borsa per il trasporto;
13. Batteria ai ioni di litio;
14. Le batterie devono consentire almeno 24 ore di funzionamento continuo ciascuna;
15. Temperatura trasporto-stoccaggio compresa in un intervallo di 0 e +50 °C;
16. Disponibilità di un sito web per il controllo da remoto delle registrazioni ECG, prestazioni del sistema e l'aderenza alla terapia da parte del paziente;