

**Oggetto: rfq\_373058 - Fornitura di 1 Sistema di Chirurgia Robotica assistita protesica di ginocchio per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari- chiarimenti del 05/07/2021**

Con riferimento all'oggetto, si precisa quanto segue:

QUESITO OPERATORE ECONOMICO	RISPOSTA STAZIONE APPALTANTE
Si chiede di voler chiarire se nel "Modello 5. Modulo prezzi unitari", i 40 kit di intervento minimi indicati nel CT, debbano essere conteggiati e offerti nel rigo 1 insieme al Robot di chirurgia Ortopedica, oppure nel rigo 2 insieme agli altri kit di intervento aggiuntivi	I 40 Kit di intervento minimi indicati nel CT dovranno essere conteggiati nella riga 2 del Modello 5 "modulo Prezzi Unitari", insieme agli eventuali kit di intervento aggiuntivi

S.S.D. Ingegneria Clinica  
Il RUP

(Ing. Antonella Ambau)  
Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SSD INGEGNERIA CLINICA