



**Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigeni HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI F02268260904202000155 – CUP H81B16000430001**

**CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI n. 5**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<p>In riferimento al Disciplinare di Gara Rettificato, nel MODELLO 7.2, al punto 7 si riporta "L'Identificazione dei campioni, reagenti, calibratori e controlli dovrà essere effettuata tramite codice a barre".</p> <p>Si chiede che l'Ente confermi la possibilità di offrire un metodo di riconoscimento a radiofrequenza che supera per livello tecnologico la lettura del codice a barre, per i reagenti.</p>	<p>Solo per i reagenti, si conferma la possibilità della lettura anche con il metodo di riconoscimento a radiofrequenza.</p>
2	<p>Nel Disciplinare di Gara Rettificato, al paragrafo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, per il Lotto 2, ai punti 1.1 e 1.2 si riporta:</p> <p>"Elevata specificità diagnostiche per tutti i test richiesti, il punteggio sarà attribuito come segue: 100%: 8 punti; da 98-99%: 6 punti; da 96 - 97%: 4 punti; &lt;96%: 2 punti"</p> <p>Nonché: "Elevata sensibilità diagnostica per tutti i test richiesti. il punteggio sarà attribuito come segue: 100%: 7 punti; 98-99%: 5 punti; 96 - 97%: 3 punti; &lt;96%: 1 punto". In merito a questa distinzione di punteggio, si chiede di confermare che dati di sensibilità e specificità con valori <math>\geq 99,5</math> saranno considerati uguali a 100%.</p>	<p>Si conferma</p>
3	<p>Nel Disciplinare di Gara Rettificato, al paragrafo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, per il Lotto 2, al punto 2.4 si riporta "Manutenzione automatica senza interruzione attività".</p> <p>Si chiede di indicare a quale tipologia di manutenzione si fa riferimento, specificando i passaggi coinvolti in tale processo (es. lavaggio della fluidica).</p> <p>Sul punto occorre evidenziare che solitamente le procedure di manutenzione strumentale periodica vengono eseguite prima o al termine della routine e non durante l'attività analitica.</p>	<p>Ci si riferisce all'attività dell'operatore nella manutenzione, il cui intervento deve essere ridotto al minimo nella manutenzione automatica.</p>
4	<p>in riferimento agli elementi di valutazione n. 1.8 del otto n. 1, si chiede di specificare se, per vedersi attribuire il punto per ognuna delle sotto voci (es. reagenti), tutte quelle che lo compongono debbano essere pronte all'uso.</p>	<p>Si specifica che ognuna delle sotto voci deve essere completa così come descritta per vedersi attribuire il punto.</p>



5	in riferimento agli elementi di valutazione n. 1.5 dell'otto n. 2, non essendo esplicitamente menzionati calibratori e controlli si chiede conferma che il punteggio previsto sarà attribuito nel caso siano offerti reagenti, soluzioni e tamponi pronti all'uso.	Si conferma
---	--	-------------

f.to Il Gruppo di progettazione